

山梨県立中央病院生化学・免疫等検査機器更新事業者選定に係る

プロポーザルに関する質問及び回答

山梨県立中央病院

質問日：H30. 10. 26		
No.	資料名・頁	質問・回答
1	P20『詳細仕様書』のうち、「Ⅰ. 更新機器導入・設置に係る要求（性能、機能以外の要求）」について	質問 電気、水道、検査室内の移動、設置に係る部分の要求がないが、これらの費用については、病院側の負担か？
		回答 機器の調達に伴う一切の費用を今プロポーザルの予定価格に計上しているが、仕様には反映させていなかったため、この部分を加えて以下へ修正します。 ⇒「1.10 導入機器の搬入・設置、これに係る電気工事、水道工事、更新機器撤去・処分、及び既設機器等の移設に係る 費用は、見積価格に含むこととし、検収前に検収依頼書（設置写真つき）を作成すること。」
2	P21『詳細仕様書』のうち、「Ⅱ. 調達物品に備えるべき技術的要求（性能、機能以外の要求）」について	質問 「1.3 400床以上の施設にて医療機器、検査試薬、医薬品、毒劇物の販売実績があること。」とあるが、医薬品や毒劇物の販売実績が必要であるか、また、「販売」の実績でないと要求を満たしていないことになるのか？
		回答 今プロポーザルでは、提案者からのより有利な自由提案が可能となるよう調達方法等を指定していません。 ・業務内容としては、機器の調達、検査試薬の供給、保守管理の3業務であることから、対象実績としては上記3項目へ修正します。 ・また、同項目中の「1.4 生化学自動分析装置、免疫化学分析装置、搬送システムの導入実績があること。」の記載と併せて、多様な形態での提案を想定していましたが、仕様要求に適切に反映されていなかったため、以下へ修正します。 ⇒「1.3 400床以上の施設にて医療機器、検査試薬 及び保守管理の導入又は業務実績があること。 」
3)P52『山梨県立中央病院 検査部生化学・免疫等検査機器更新事業者選定プロポーザル様式集』のうち、	質問 契約施設の契約書の写し、受注証明書等の提出を求められているが、現在情報開示等かなり厳しい状況にあり、契約病院以外の他施設へ契約書等の写しを提示することが非常に難しい。 本日の追加資料で『評価基準』のうち、「基本的要求事項5 本院同規模病床施設（400床以上）の全国取引実績を確認するための一覧を別途作成の旨指示があったが、その中から、病院側で任意の施設を選んで確認されたい。

	様式5 契約実績一覧について	回答	契約書の写しの提示が困難な場合については、参考様式として別添の証明書等で契約の相手方と契約期間（機器の販売等の場合は契約締結日）の確認できるものを、契約書の写しに代えて提出してください。
4	P66 『山梨県立中央病院 検査部生化学・免疫等検査機器更新事業者選定プロポーザル 様式集』のうち、提案書様式3について	質問	提出物の一つとして、機器の調達に関連して、検体検査室全体のレイアウト図が求められている。病院側で現状の器械等の配置図を持っていないとのことだが、申請期日まで限られた日程の中で採寸まで行う時間的な余裕が各社ないので、現状配置図をお手配頂きたい。
		回答	現在手配中のため、11月7日までに提供できるよう準備を進めておりますのでお待ちください。

(受注証明書等参考例)

証明書

以下について、相違ないことを証明します。

契約内容 検査試薬単価契約

契約期間 平成30年4月1日～平成31年3月31日
又は契約日

契約相手方 (株)〇〇

平成30年 月 日

住所 山梨県甲府市富士見1-1-1
施設名称 山梨県立中央病院
代表者名 院長 神宮寺 禎巳 印