

『山梨県立中央病院移動式X線透視診断装置
(Cアーム) 調達及び保守管理業務委託』
事業者候補者選定基準

平成31年1月31日

地方独立行政法人山梨県立病院機構
山梨県立中央病院

1 選定基準の趣旨

- ・この基準は、山梨県立中央病院移動式 X 線透視診断装置（C アーム）調達及び保守管理業務委託事業者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）が事業者候補者を選定するための採点の手順及び選定基準を定めたものである。

2 評価機関

- ・選定委員会は、本選定基準に従って提案事業者の評価を行う。
- ・山梨県立中央病院は受託者の決定にあたり、選定委員会の評価を参考にするものとする。

3 評価の方法

- ・選定委員会は、参加者の提案書及び見積書を参考に、本選定基準、山梨県立中央病院移動式 X 線透視診断装置（C アーム）調達及び保守管理業務委託実施仕様書及びプロポーザル実施要領に基づき、下記の手順によって採点を行う。

（1）価格及び技術評価

① 区分及び配点

- ・価格及び技術評価の区分及び配点は、下記の表のとおりとする。

区分	審査項目	配点	
価格評価	見積価格	350 点	1,000 点
技術評価	技術提案	650 点	

② 価格評価

- ・価格点は、次の採点方法に基づいて算出した点数とする。
価格点 = { 1 - 見積価格 / (予定価格 - 消費税相当額) } × 350 点
- ・見積価格は、予定価格から消費税及び地方消費税に相当する額（当該額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額（以下「消費税相当額」という。））を除いた額の範囲内にあること。
- ・価格点の算出に当たっては、小数点第 2 位を四捨五入し、小数点第 1 位までを有効とする。

③ 技術評価

- ・提案事業者が提出する提案書、見積書及びプレゼンテーションに対し、下記の評価項目及び配点に基づき採点を行う。
- ・評価にあたっては、別添「提案書評価基準」を参考にする。
- ・技術点の算出に当たっては、小数点第 2 位を四捨五入し、小数点第 1 位

までを有効とする。

技術提案評価項目及び配点

評 価 項 目	評 価 内 容	配 点	
(1)	機能評価	X線発生装置およびX線管装置の性能	15点
		フラットパネルディテクタの性能	15点
		Cアーム本体の性能	130点
		画像処理機能	120点
		画像表示モニター・画像記録・画像保存機能	80点
		高画質と医療被ばく低減に対する機能	30点
		移動型透視手術台の機能	90点
(2)	販売実績及び 支援体制	他施設等での販売実績 保守・サポート体制	130点
(3)	自由提案	上記(1)～(2)事項以外で本院経営に資 する提案	40点

4 事業者候補者の選定

- ・価格点及び技術点の合計点数が最も高い者を、事業者候補者として選定する。
- ・合計点数が最も高い者が2者以上あるときは、次の順序で候補者を選定する。
 - ① 技術点が高い者
 - ② 技術点と同点かつ見積価格が同額の場合は、くじ引きにより候補者を選定する。この場合において、くじ引きに立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、その者に代わって選定事務に関係のない職員にくじを引かせて決定する。
- ・技術点が基準点(300点)未満となった事業者は、候補者として選定しない。

5 提案者が1者の場合の取扱い

- ・提案者が1者の場合でも、選定委員会において評価を行い、当該者の提案によって本件業務を確実に履行することができると判断した場合は、当該者を提案者として選定する。