

**地方独立行政法人山梨県立病院機構
HOR関連器械備品(人工心肺装置)調達事業者選定結果について**

標記の件について、次のとおり決定しました。

1. 最優秀提案者 マコト医科精器械株式会社

2. 評価点

評価項目	配点	提案者	
		マコト医科精機	A
1 基本構成	120	109.6	113.6
2 ローラーポンプ	80	54.0	76.4
3 遠心ポンプ	30	27.4	27.4
4 ガスブレンダー	50	44.0	45.0
5 静脈オクルーダー	50	44.0	45.0
6 自動記録装置	100	92.0	92.0
7 安全機構	150	119.0	137.0
8 その他	40	32.0	36.2
9 自由提案	30	23.8	23.8
技術評価点	650	545.8	596.4
価格評価点	350	128.2	38.1
総合評価点	1,000	674.0	634.5

※端数処理により、数値が一致しない場合があります。

選定結果(順位)

1	2
---	---

令和6年2月14日

地方独立行政法人山梨県立病院機構

山梨県立中央病院 院長 小嶋 裕一郎