

質問日:R7.1.28

No.	資料名・頁	質問・回答	
1	詳細仕様書 1-19	質問	「寝台と検出器の移動・表示位置は1mm単位で設定可能であること。」について、事前設定はcm単位でおこない、設定後手動でmm単位での調整が可できるという解釈でよろしいでしょうか。
		回答	質問の解釈で問題ありません。提案様式2-1 SPECT-CT装置評価項目確認書 2-1-7にて評価いたします。詳細は内容(方法・方式等)の欄への記載をお願いいたします。
2	詳細仕様書 11-8	質問	「基本ウェアおよびパッケージソフトウェアのバージョンアップについては、迅速かつ無償という条件が全てのソフトに適用できること。」に関しては、ソフトの不具合改善等(リビジョンアップ)に関して対応するという解釈でよろしいでしょうか。
		回答	質問の解釈で問題ありませんが、今後新たな解析・アプリケーション等がリリースされた際には無償・有償を問わずご提案いただきバージョンアップや導入等を検討することを想定しています。提案様式2-1 SPECT-CT装置評価項目確認書4-5にて評価いたします。詳細は内容(方法・方式等)の欄への記載をお願いいたします。
3	詳細仕様確認書 2-5	質問	「X線管電圧は、80 kVから140 kVを含む範囲で設定する機能」とは、必ずしも80kV及び140kVの設定機能を求めているのではなく、80kVから140kVの範囲での設定する機能と認識して問題ないでしょうか。
		回答	問題ありません。
4	詳細仕様確認書 6-16	質問	「任意の拡大率でデータ収集を行う機能」とは、装置側が登録している拡大率から任意で選択しデータ収集を行う機能と認識して問題ないでしょうか。
		回答	問題ありません。提案様式2-1 SPECT-CT装置評価項目確認書2-6-5にて評価いたします。詳細は内容(方法・方式等)の欄への記載をお願いいたします。
5	詳細仕様確認書 7-2	質問	「磁気ディスクの物理容量は1TB相当以上であること。」につきまして、弊社装置の磁気ディスク物理容量は960GBです。1TB相当以上との認識で問題ございませんでしょうか。
		回答	問題ありません。
6	詳細仕様確認書 7-49	質問	「臓器ごとの経時的なアクティビティを評価するためのセグメンテーションツールにAIを搭載し、関心領域における被ばく線量を評価するための線量評価ツールを備えること。」に該当する機能がないため、項目の削除をご検討願います。
		回答	当院として必要な機能であるため詳細仕様書(7-49)、提案様式2-2 SPECT-CT詳細仕様確認書(7-49)を次の通り訂正いたします。「臓器ごとの経時的なアクティビティを評価でき、関心領域における被ばく線量を評価するためのツールを備えること。」提案様式2-1 SPECT-CT装置評価項目確認書 2-7-7にて評価いたします。詳細は内容(方法・方式等)の欄への記載をお願いいたします。
7	詳細仕様確認書 9	質問	「周辺機器について以下の要件を満たすこと」につきまして、ご指定の物品がございましたらご教示いただけませんか。
		回答	・詳細仕様書(9-1)、提案様式2-2 SPECT-CT詳細仕様確認書(9-1)については装置の維持管理・保守等に必要なものを想定しています。 ・詳細仕様書(9-14)、提案様式2-2 SPECT-CT詳細仕様確認書(9-14)線量計に関しましてRaySafe社製 i3 リアルタイム被ばく測定システムを想定しています。 その他の詳細は契約事業者と検討いたします。