

質問日:R7.3.12

No.	資料名・頁	質問・回答	
1	詳細仕様書確認書 1-3-3-12	質問	UTEを用いた撮影には対応しておりません。別の手法により血管内治療後頭部MRAのアーチファクトを抑制した撮像等が可能となりますが、本仕様で応札可能かご確認頂けますでしょうか。
		回答	詳細仕様書および提案様式2-2詳細仕様書確認書1-3-3-12を「Ultra short TEを用いた撮像もしくは頭部MRAにおいてステント内の血流を描出できる撮像が可能であること」に訂正いたします。提案様式2-1評価項目確認書1-5-10にて評価いたします。詳細は内容(方法・方式等)の欄へ記載をお願いいたします。
2	詳細仕様書確認書 1-3-4-1	質問	SSD処理は対応しておりません。3Dボリュームレンダリング処理で輪郭の抽出が可能となりますが、本仕様で応札可能かご確認頂けますでしょうか。
		回答	問題ありません。
3	詳細仕様書2-1-3	質問	画像保管用DVDドライブの接続には対応しておりません。外付けHDDであれば装置と接続し画像保存を頂く事が可能となりますが、本仕様で応札可能かご確認頂けますでしょうか。
		回答	問題ありません。