

治験薬の温度管理記録

2019年 5月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	:							
2	:							
3	:							
4	:							
5	:							
6	:							
7	8:33	18.0	17.6	21.3	3.9	3.4	4.0	S.K
8	8:30	18.0	17.4	18.9	4.0	3.7	4.1	M.T
9	8:40	18.9	17.6	19.6	3.8	3.7	4.0	S.K
10	8:31	18.7	18.4	20.0	4.0	3.5	4.0	S.K
11	:							
12	:							
13	14:09	20.0	18.6	20.3	4.0	3.0	4.0	Y.N
14	8:47	19.6	19.6	20.8	4.0	3.0	4.1	Y.N
15	9:29	18.6	18.3	21.0	4.0	2.9	5.0	Y.N
16	8:40	19.5	18.6	20.6	4.0	3.9	4.1	S.K
17	10:25	20.3	19.4	20.7	4.0	3.1	4.2	Y.N
18	:				4.0			2019年5月20日 S.A
19	:							
20	8:24	19.4	19.2	21.0	4.0	2.7	4.0	S.A
21	8:35	18.7	18.6	21.0	4.0	3.6	4.2	S.A
22	8:51	19.4	18.6	21.0	4.0	3.3	4.3	S.A
23	12:47	20.0	18.6	21.0	3.8	3.3	4.3	S.A
24	8:33	19.0	19.0	20.4	4.0	3.4	4.0	S.A
25	:							
26	:							
27	8:57	19.6	18.6	20.2	4.1	3.0	4.1	R.H
28	9:23	19.5	19.3	21.0	4.0	2.7	4.2	R.H
29	9:26	20.0	19.4	20.6	4.0	2.9	4.1	R.H
30	8:39	18.4	18.3	20.2	4.0	3.0	4.0	R.H
31	8:34	19.0	18.5	20.7	3.9	3.2	4.2	M.T
備考								

<温度計>

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 定温液体保管用最高/最低アラーム付きデジタル温度計 」

機種番号 「 12218 」 ISO/IEC17025:2005温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2018年8月31日 」

シリアル番号 「 04114462 」

②保冷库

校正実施日 「 2018年8月31日 」

シリアル番号 「 04114463 」

確認日: 2019年 5月 31日

署名: 小川 義文