

治験薬の温度管理記録

2019年6月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	:							
2	:							
3	8:35	19.3	18.8	20.4	4.0	3.0	4.1	M.T
4	8:25	19.5	19.3	20.9	3.8	3.0	4.4	M.T
5	8:35	20.1	19.5	20.9	4.0	2.7	4.3	M.T
6	8:45	19.9	19.6	20.6	3.8	3.5	4.2	M.T
7	8:41	18.7	18.0	20.4	4.0	3.1	4.1	M.T
8	8:33	誤記	2019年6月10日	S.K				
9	:							
10	8:33	19.0	18.4	20.1	4.0	3.0	4.2	S.K
11	8:38	19.4	19.0	20.0	4.1	3.0	4.4	S.K
12	8:25	19.2	19.0	19.6	4.0	3.4	4.4	M.T
13	8:52	19.0	18.9	20.4	3.9	3.9	4.3	S.K
14	8:54	19.2	19.0	20.0	4.0	3.0	4.3	S.K
15	誤記	2019年6月17日	S.K					
16	:							
17	8:39	18.5	18.0	20.3	4.0	3.0	4.5	S.K
18	8:43	19.0	18.5	19.9	4.0	3.9	4.4	M.T
19	10:30	19.7	19.0	20.0	4.0	3.3	4.4	Y.N
20	8:45	19.7	19.6	20.7	4.0	3.2	4.4	Y.N
21	9:32	19.4	19.0	20.7	4.0	3.0	4.4	M.T
22	:							
23	:							
24	8:28	19.0	18.7	20.7	4.0	3.0	4.6	S.A
25	8:38	18.8	18.6	20.8	4.0	3.2	4.2	S.A
26	8:36	20.0	18.7	20.4	4.1	3.0	4.2	S.K
27	9:15	19.4	18.7	20.6	4.3	3.0	4.3	S.A
28	8:33	19.0	18.6	20.5	4.0	2.7	4.4	M.T
29	9:23	20.0	19.0	21.3	4.2	3.2	4.3	R.H
30	:							
31	:							
備考		* 誤記 2019年7月10日 R.H						

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」
 品名 「 定温液体保管用最高/最低アラーム付きデジタル温度計 」
 機種番号 「 12218 」 ISO/IEC17025:2005温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2018年8月31日 」
 シリアル番号 「 04114462 」

②保冷库

校正実施日 「 2018年8月31日 」
 シリアル番号 「 04114463 」

確認日: 2019年 7月 1 日

署名: 小川 義文