

治験薬の温度管理記録

2019 年 7 月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

| 日  | 時刻<br>(24時間) | ℃                   |      |      |            |     |     | 確認者 |
|----|--------------|---------------------|------|------|------------|-----|-----|-----|
|    |              | ①調剤室(1~30℃)         |      |      | ②保冷库(2~8℃) |     |     |     |
|    |              | 確認時                 | 最低   | 最高   | 確認時        | 最低  | 最高  |     |
| 1  | 9:23         | 20.0                | 19.0 | 21.3 | 4.2        | 3.2 | 4.3 | R.H |
| 2  | 9:15         | 20.7                | 19.7 | 21.0 | 4.2        | 3.1 | 4.3 | R.H |
| 3  | 8:45         | 19.7                | 19.7 | 20.7 | 4.0        | 3.0 | 4.4 | R.H |
| 4  | 8:38         | 19.6                | 19.6 | 21.0 | 4.0        | 3.0 | 4.4 | R.H |
| 5  | 9:30         | 19.0                | 18.0 | 20.8 | 4.0        | 2.7 | 4.3 | R.H |
| 6  | :            |                     |      |      |            |     |     |     |
| 7  | :            |                     |      |      |            |     |     |     |
| 8  | 9:08         | 19.6                | 19.0 | 20.3 | 4.1        | 3.2 | 4.2 | M.T |
| 9  | 8:33         | 20.5                | 19.6 | 20.6 | 4.0        | 2.9 | 4.2 | M.T |
| 10 | 8:29         | 19.2                | 19.1 | 20.9 | 4.0        | 3.2 | 4.2 | M.T |
| 11 | 8:32         | 19.6                | 19.2 | 20.7 | 4.0        | 3.0 | 4.2 | M.T |
| 12 | 8:37         | 18.4                | 18.1 | 20.0 | 3.8        | 2.7 | 4.3 | M.T |
| 13 | :            |                     |      |      |            |     |     |     |
| 14 | :            |                     |      |      |            |     |     |     |
| 15 | :            |                     |      |      |            |     |     |     |
| 16 | 8:42         | 18.7                | 18.0 | 20.4 | 3.8        | 3.1 | 4.2 | S.K |
| 17 | 8:35         | 18.5                | 18.0 | 20.3 | 4.0        | 2.7 | 4.2 | M.T |
| 18 | 9:28         | 19.6                | 18.5 | 20.4 | 4.0        | 2.7 | 4.3 | S.K |
| 19 | 9:25         | 19.0                | 18.9 | 20.4 | 3.6        | 3.0 | 4.2 | S.K |
| 20 | :            |                     |      |      |            |     |     |     |
| 21 | :            |                     |      |      |            |     |     |     |
| 22 | 8:51         | 18.5                | 18.0 | 20.8 | 3.9        | 2.7 | 4.7 | Y.N |
| 23 | 9:02         | 19.2                | 18.5 | 22.2 | 4.0        | 2.8 | 4.4 | Y.N |
| 24 | 8:34         | 21.0                | 19.2 | 21.8 | 4.0        | 2.7 | 4.3 | Y.N |
| 25 | 10:17        | 19.6                | 18.7 | 21.3 | 3.9        | 2.8 | 4.1 | S.A |
| 26 | 9:56         | 20.0                | 19.6 | 21.6 | 3.0        | 2.8 | 4.0 | M.T |
| 27 | :            |                     |      |      |            |     |     |     |
| 28 | :            |                     |      |      |            |     |     |     |
| 29 | 8:26         | 20.0                | 19.6 | 20.9 | 3.9        | 3.0 | 4.0 | S.A |
| 30 | 8:34         | 19.8                | 19.6 | 22.0 | 4.0        | 2.8 | 4.1 | S.A |
| 31 | 8:29         | 20.0                | 19.6 | 22.9 | 3.9        | 2.7 | 4.0 | S.A |
| 備考 |              | 記録終了 2019年7月31日 S.A |      |      |            |     |     |     |

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 定温液体保管用最高/最低アラーム付きデジタル温度計 」

機種番号 「 12218 」 ISO/IEC17025:2005温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2018年8月31日 」

シリアル番号 「 04114462 」

②保冷库

校正実施日 「 2018年8月31日 」

シリアル番号 「 04114463 」

確認日: 2019 年 8 月 / 日

署名: 小川 義文