

治験薬の温度管理記録

201 9 年 8 月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	℃						確認者
		①調剤室(1~30℃)			②保冷库(2~8℃)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8:45	20.4	20.0	22.0	3.8	2.7	4.0	M.T
2	8:33	20.1	20.0	22.1	3.9	2.7	4.0	S.A
3	:							
4	:							
5	8:45	19.7	18.0	21.7	4.0	2.7	4.0	R.H
6	10:33	20.0	18.9	21.6	3.9	2.9	4.2	R.H
7	8:34	20.2	20.0	22.0	3.9	3.2	4.1	R.H
8	9:08	20.7	19.8	20.9	4.0	3.0	4.1	M.T
9	8:40	19.9	19.7	22.7	4.0	2.9	4.3	R.H
10	:							
11	:							
12	:							
13	8:25	20.4	17.8	20.8	4.0	3.1	4.1	M.T
14	8:26	19.5	19.1	20.6	4.0	2.9	4.2	M.T
15	8:27	20.3	19.5	20.7	4.0	3.0	4.0	M.T
16	8:26	19.4	19.0	21.0	4.0	2.8	4.0	M.T
17	:							
18	:							
19	11:03	20.1	19.4	20.7	4.0	2.8	4.6	S.A
20	9:02	20.0	19.9	20.2	4.0	3.2	4.1	S.K
21	8:55	19.8	19.6	21.0	4.0	3.0	4.1	S.K
22	8:36	20.2	19.8	20.7	4.0	3.6	4.4	S.K
23	9:02	19.2	18.7	20.6	4.0	3.6	4.2	M.T
24	:							
25	:							
26	8:35	19.4	19.1	20.5	3.7	2.8	4.1	Y.N
27	8:27	19.6	19.4	20.0	3.7	2.9	4.2	M.T
28	8:28	19.5	19.4	20.4	4.0	2.9	4.1	Y.N
29	12:39	20.7	19.5	20.9	4.4	3.1	7.6	Y.N
30	9:15	20.0	19.7	21.0	4.4	4.0	4.5	Y.N
31	:							
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 定温液体保管用最高/最低アラーム付きデジタル温度計 」

機種番号 「 12218 」 ISO/IEC17025:2005温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2018年8月31日 」

シリアル番号 「 04114462 」

②保冷库

校正実施日 「 2018年8月31日 」

シリアル番号 「 04114463 」

確認日 2019 年 8 月 30 日

署名: 小田 英子

治験薬の温度管理記録

201 9 年 8 月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	℃						確認者
		①調剤室(1~30℃)			②保冷库(2~8℃)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	:							
2	:							
3	:							
4	:							
5	:							
6	:							
7	:							
8	:							
9	:							
10	:							
11	:							
12	:							
13	:							
14	:							
15	:							
16	:							
17	:							
18	:							
19	:							
20	:							
21	:							
22	:							
23	9:02	19.1			4.0			M.T
24	:							
25	:							
26	9:06	19.4	19.1	20.4	4.0	2.8	4.1	M.T
27	8:27	19.6	19.4	20.0	3.7	2.9	4.1	M.T
28	8:30	19.6	19.5	20.4	4.0	2.9	4.0	M.T
29	8:42	20.0	19.6	20.4	4.5	3.2	7.6	M.T
30	8:29	19.9	19.8	21.0	4.4	4.0	4.6	M.T
31	:							
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 定温液体保管用最高/最低アラーム付きデジタル温度計 」

機種番号 「 12218 」 ISO/IEC17025:2005温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2019年8月8日 」

シリアル番号 「 04114472 」

②保冷库

校正実施日 「 2019年8月8日 」

シリアル番号 「 04114476 」

確認日: 2019 年 8 月 30 日

署名: 山梨県立中央病院 薬剤部 山梨県立中央病院