

治験薬の温度管理記録

2019年 9月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	:							
2	8:30	19.4	18.2	20.7	4.4	3.9	4.6	M.T
3	8:29	20.0	19.4	21.1	4.5	4.0	4.6	M.T
4	8:27	20.0	19.8	22.0	4.5	4.0	4.6	S.A
5	8:35	19.7	19.7	22.0	4.4	4.0	4.6	S.A
6	8:45	19.8	19.7	20.7	4.5	4.0	4.6	S.A
7	:							
8	:							
9	8:31	18.6	17.7	21.6	4.6	4.4	5.0	S.A
10	8:30	20.6	18.6	23.4	4.5	4.2	4.8	R.H
11	8:24	19.3	19.0	22.2	4.4	4.1	4.7	S.A
12	8:28	17.7	17.4	20.7	4.5	4.4	4.6	R.H
13	9:07	19.0	17.7	20.3	4.4	4.0	4.7	R.H
14	:							
15	:							
16	:							
17	8:29	18.8	17.0	19.7	4.5	4.4	4.6	M.T
18	8:26	19.0	18.6	21.5	4.7	4.5	4.9	M.T
19	8:29	18.4	18.0	20.3	4.7	4.7	5.0	M.T
20	8:31	19.0	18.4	19.8	4.7	4.7	5.0	M.T
21	:							
22	:							
23	:							
24	8:32	19.6	18.0	20.2	4.6	4.6	5.0	S.K
25	8:55	19.9	19.6	20.4	4.7	4.6	5.0	S.K
26	8:38	19.6	19.4	19.9	4.6	4.6	4.7	M.T
27	8:22	19.2	19.0	20.0	4.7	4.6	4.9	M.T
28	:							
29	:							
30	8:58	19.5	19.1	20.6	4.7	4.6	4.9	S.K
31	:							
備考		*誤記修正 2019年9月5日 S.A						

〈温度計〉

製造会社名 「Delta TRAK Inc.」
 品名 「定温液体保管用最高/最低アラーム付きデジタル温度計」
 機種番号 「12218」 ISO/IEC17025:2005温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「2019年8月8日」
 シリアル番号 「04114472」

②保冷库

校正実施日 「2019年8月8日」
 シリアル番号 「04114476」

確認日: 2019年 9月30日

署名: S.T 新