

治験薬の温度管理記録

2019年 10月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8:43	19.4	18.7	20.9	4.3	4.2	5.0	Y.N
2	8:45	19.4	19.1	20.4	4.4	4.0	4.6	Y.N
3	8:40	19.9	19.5	20.2	4.4	4.3	4.6	Y.N
4	9:50	19.7	17.9	20.0	4.6	4.0	4.6	Y.N
5	:							
6	:							
7	8:44	19.0	18.6	24.0	4.4	4.0	4.6	S.A
8	9:9	19.6	19.0	19.8	4.6	4.4	4.7	M.T
9	8:35	18.9	18.7	20.0	4.5	4.5	4.7	S.A
10	8:40	18.4	17.5	20.0	4.4	4.4	4.6	S.A
11	8:31	19.7	18.4	19.0	4.4	4.4	4.7	S.A
12	:							
13	:							
14	:							
15	8:24	18.4	17.7	22.0	4.4	4.0	4.6	M.T
16	8:35	19.0	18.4	20.3	4.4	4.0	4.6	R.H
17	8:50	19.0	19.0	19.8	4.4	4.0	5.0	R.H
18	8:38	17.6	17.1	20.1	4.5	4.4	5.0	R.H
19	:							
20	:							
21	8:39	19.3	17.6	20.0	4.3	4.2	4.8	M.T
22	:							
23	8:34	19.0	18.6	20.2	4.4	4.3	4.6	M.T
24	8:33	19.4	19.0	20.0	4.4	4.4	4.5	M.T
25	8:29	19.8	19.4	20.4	4.4	4.3	4.6	M.T
26	:							
27	:							
28	8:29	20.0	19.0	24.7	4.4	4.3	4.7	M.T
29	8:32	19.3	19.2	20.0	4.4	4.2	4.6	S.K
30	8:30	19.5	19.2	19.6	4.5	4.2	4.6	S.K
31	8:31	19.2	19.1	20.0	4.4	4.0	4.6	S.K
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 定温液体保管用最高/最低アラーム付きデジタル温度計 」

機種番号 「 12218 」 ISO/IEC17025:2005温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2019年8月8日 」

シリアル番号 「 04114472 」

②保冷库

校正実施日 「 2019年8月8日 」

シリアル番号 「 04114476 」

確認日: 2019年 11月 1 日

署名: 山下 美史