

治験薬の温度管理記録

20 19 年 11 月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	℃						確認者
		①調剤室(1~30℃)			②保冷库(2~8℃)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8:33	19.3	19.1	20.0	4.4	4.3	4.6	S.K
2	:							
3	:							
4	:							
5	8:25	19.4	18.1	19.9	4.5	4.4	4.6	M.T
6	8:48	18.7	17.6	19.6	4.6	4.5	4.6	S.K
7	9:05	19.1	18.7	19.8	4.5	4.4	4.6	Y.N
8	10:53	19.0	18.8	19.8	4.4	4.1	4.5	M.T
9	:							
10	:							
11	8:26	19.0	17.9	20.5	4.7	4.4	5.0	S.A
12	8:41	19.6	18.9	19.7	4.6	4.5	4.8	S.A
13	9:04	19.4	19.2	19.9	4.6	4.4	4.7	S.A
14	8:42	23.5	19.4	23.6	4.6	4.5	4.7	M.T
15	8:40	17.5	16.8	23.5	4.4	4.0	4.6	S.A
16	:							
17	:							
18	11:32	18.0	17.5	18.4	4.7	4.4	4.7	R.H
19	8:39	18.0	17.8	18.7	4.7	4.6	4.8	R.H
20	9:15	18.1	17.7	18.7	4.5	4.3	4.9	R.H
21	10:02	17.7	17.5	18.2	4.4	4.3	4.5	R.H
22	8:36	18.0	17.6	18.3	4.3	4.1	4.6	R.H
23	:							
24	:							
25	8:33	18.2	17.6	19.0	4.6	4.3	4.6	M.T
26	8:28	17.9	17.8	19.7	4.4	4.4	5.0	M.T
27	8:28	18.0	17.6	18.1	4.4	4.4	4.6	M.T
28	8:34	17.9	17.6	18.4	4.4	4.4	4.6	M.T
29	8:33	17.7	17.4	17.9	4.6	4.4	4.7	M.T
30	:							
31	:							
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 定温液体保管用最高/最低アラーム付きデジタル温度計 」

機種番号 「 12218 」 ISO/IEC17025:2005温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2019年8月8日 」

シリアル番号 「 04114472 」

②保冷库

校正実施日 「 2019年8月8日 」

シリアル番号 「 04114476 」

確認日: 2019 年 11 月 29 日

署 名: 小川 新太郎