

治験薬の温度管理記録

2020年 3 月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	:							
2	8:28	18.7	18.4	19.2	4.0	3.9	4.1	S.A
3	8:31	18.5	18.5	19.4	4.1	4.0	4.6	S.A
4	8:30	18.8	18.4	19.0	4.4	4.1	5.6	M.T
5	9:05	18.7	18.6	19.0	4.5	4.0	5.0	S.A
6	9:30	18.6	18.2	19.4	4.2	4.2	4.7	S.A
7	:							
8	:							
9	8:38	18.7	17.7	19.2	4.2	4.2	4.3	R.H
10	8:40	18.6	18.5	19.7	4.4	4.2	4.4	R.H
11	8:36	18.3	18.3	19.0	4.4	4.3	4.5	R.H
12	8:58	18.5	18.3	19.1	4.4	4.3	4.5	R.H
13	8:40	18.6	18.4	19.0	4.3	4.3	4.4	R.H
14	:							
15	:							
16	8:26	18.6	18.0	19.0	4.3	4.2	4.4	M.T
17	8:18	17.7	17.6	19.0	4.4	4.3	4.4	M.T
18	8:23	18.6	17.7	19.0	4.4	4.0	4.5	M.T
19	8:25	18.4	18.4	19.0	4.4	4.4	4.5	M.T
20	:							
21	:							
22	:							
23	8:28	18.7	17.7	19.2	4.4	4.3	4.6	S.A
24	8:35	18.4	18.3	19.0	4.2	4.2	4.4	S.K
25	12:10	18.6	18.0	18.7	4.2	4.1	4.3	S.K
26	8:34	18.2	18.2	19.0	4.1	4.0	4.3	S.A
27	8:36	18.7	18.2	19.3	4.3	4.1	4.4	S.K
28	:							
29	:							
30	8:52	18.6	18.2	20.1	4.5	4.3	4.7	Y.N
31	12:01	18.7	16.7	18.9	4.7	4.4	4.8	Y.N
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 定温液体保管用最高/最低アラーム付きデジタル温度計 」

機種番号 「 12218 」 ISO/IEC17025:2005温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2019年8月8日 」

シリアル番号 「 04114472 」

②保冷库

校正実施日 「 2019年8月8日 」

シリアル番号 「 04114476 」

確認日: 2020年 3月 31日

署名: 小川 義文