

治験薬の温度管理記録

2022年 11 月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	9:50	18.2	17.7	18.5	4.3	4.1	4.5	Y.N
2	11:30	18.3	18.0	18.5	4.2	4.1	4.5	J.W
3	:							
4	9:08	18.2	17.9	18.8	4.4	4.1	4.4	Y.N
5	:							
6	:							
7	8:37	18.1	17.8	19.0	4.2	4.0	4.4	T.I
8	8:35	18.0	17.9	18.6	4.3	4.0	4.4	T.I
9	8:38	18.1	17.9	18.6	4.3	4.1	4.4	T.I
10	8:37	18.1	18.0	18.5	4.3	4.1	4.5	T.I
11	8:28	18.2	17.9	18.4	4.4	4.1	4.5	T.I
12	:							
13	:							
14	8:38	18.4	17.9	18.5	4.5	4.1	4.5	R.K
15	8:32	18.4	17.9	18.5	4.3	4.1	4.6	R.K
16	8:33	18.2	17.9	20.1	4.4	4.1	4.5	R.K
17	8:24	18.0	17.9	19.5	4.4	4.1	4.5	R.K
18	9:00	18.3	18.0	19.1	4.5	4.2	4.6	R.K
19	:							
20	:							
21	6:45	18.1	17.8	19.8	4.5	4.1	4.6	S.K
22	9:55	18.4	18.0	19.9	4.3	4.2	4.6	S.K
23	:							
24	9:33	18.0	17.2	19.9	4.3	4.2	4.5	S.K
25	7:52	17.5	17.3	19.3	4.3	4.2	4.5	S.K
26	:							
27	:							
28	8:28	17.9	17.5	19.6	4.4	4.2	4.7	J.W
29	8:25	18.1	17.9	19.2	4.4	4.2	4.6	J.W
30	8:25	18.4	18.1	19.8	4.4	4.1	4.7	J.W
31	:							
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」

ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2022年6月13日 」

シリアル番号 「 10019214 」

②保冷库

校正実施日 「 2022年6月13日 」

シリアル番号 「 10019161 」

確認日: 2022年12月1日

署名: 松本 香織