

治験薬の温度管理記録

2022年12月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8:27	17.8	17.7	20.7	4.4	4.2	4.5	J.W
2	8:27	18.2	17.8	19.0	4.4	4.2	4.5	J.W
3	:							
4	:							
5	8:40	18.2	17.3	18.8	4.3	4.2	4.5	Y.N
6	8:31	18.3	17.3	19.1	4.4	4.2	4.5	J.W
7	11:00	18.2	17.1	19.5	4.4	4.1	4.5	J.W
8	8:32	18.0	17.8	19.1	4.2	4.1	4.4	Y.N
9	8:40	17.9	17.8	19.1	4.3	4.1	4.5	Y.N
10	:							
11	:							
12	8:29	17.9	17.8	19.1	4.4	4.1	4.5	T.I
13	8:28	17.9	17.8	18.9	4.3	4.1	4.5	T.I
14	8:29	17.7	17.7	19.1	4.4	4.3	4.6	T.I
15	8:27	18.4	17.7	18.8	4.3	4.1	4.5	T.I
16	8:32	18.2	17.8	19.0	4.2	4.1	4.3	T.I
17	11:00	18.6	17.6	19.1	4.4	4.0	4.5	I
18	*:							
19	11:00	18.6	17.6	19.1	4.4	4.0	4.5	R.K
20	8:30	18.8	19.0	18.5	4.4	4.2	4.6	R.K
21	8:30	18.8	18.5	19.1	4.3	4.1	4.5	R.K
22	8:31	18.2	17.9	20.1	4.4	4.1	4.5	R.K
23	8:10	18.3	18.0	19.9	4.3	4.0	4.6	S.K
24	:							
25	:							
26	8:08	18.5	18.1	19.8	4.2	4.0	4.6	S.K
27	8:12	18.0	17.9	19.4	4.3	4.0	4.6	S.K
28	7:52	18.1	17.9	20.2	4.0	4.0	4.5	S.K
29	:							
30	:							
31	:							
備考		*error 2022.12/19. R.K.						

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」
 品名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」
 機種番号 「 12238-01 」 ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2022年6月13日 」
 シリアル番号 「 10019214 」

②保冷库

校正実施日 「 2022年6月13日 」
 シリアル番号 「 10019161 」

確認日: 2023年1月4日

署名: 松本香織