

治験薬の温度管理記録

2022年 5月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	:							
2	8:39	18.0	17.8	20.5	4.5	4.3	4.6	J.W
3	:							
4	:							
5	:							
6	7:37	18.5	17.9	20.3	4.4	4.2	4.7	J.W
7	:							
8	:							
9	8:28	18.6	18.4	20.7	4.4	4.2	4.6	J.W
10	8:24	18.4	18.3	19.7	4.4	4.2	4.5	J.W
11	8:27	18.5	18.3	20.4	4.4	4.2	4.5	J.W
12	8:30	18.8	18.5	19.8	4.4	4.1	4.5	J.W
13	8:28	19.4	18.8	20.2	4.4	4.2	4.5	J.W
14	:							
15	:							
16	8:35	18.5	18.3	20.6	4.4	4.1	4.6	S.K
17	8:13	19.5	18.4	20.0	4.3	4.2	4.6	S.K
18	8:31	19.0	19.0	20.6	4.4	4.2	4.6	S.K
19	8:16	18.9	18.8	19.6	4.3	4.2	4.6	S.K
20	7:56	19.6	18.8	20.2	4.3	4.2	4.5	S.K
21	:							
22	:							
23	9:17	19.0	18.6	19.9	4.4	4.2	4.5	T.I
24	8:24	18.7	18.3	19.7	4.4	4.1	4.5	T.I
25	8:30	19.7	18.6	19.7	4.3	4.1	4.5	T.I
26	8:24	19.6	18.9	20.2	4.3	4.1	4.5	T.I
27	8:36	19.5	18.7	19.9	4.3	4.1	4.5	T.I
28	:							
29	:							
30	8:31	19.0	18.2	20.1	4.3	4.1	4.5	R.K
31	8:36	19.3	18.9	20.8	4.3	4.1	4.5	R.K
備考								

<温度計>

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」

ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2021年7月1日 」

シリアル番号 「 10506331 」

②保冷库

校正実施日 「 2021年7月1日 」

シリアル番号 「 10506328 」

確認日: 2022年5月1日

署名: 松本香織