

治験薬の温度管理記録

2022年 6 月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8:34	18.9	18.9	20.5	4.4	4.1	4.5	R.K
2	8:50	18.8	18.4	19.7	4.4	4.1	4.5	R.K
3	8:36	18.9	18.7	19.7	4.4	4.1	4.5	R.K
4	:							
5	:							
6	8:41	19.3	18.5	20.1	4.3	4.1	4.5	S.K
7	8:32	19.2	18.5	19.3	4.3	4.1	4.5	S.K
8	8:45	18.5	18.4	20.5	4.3	4.2	4.5	S.K
9	8:26	18.6	18.4	19.5	4.3	4.1	4.4	S.K
10	8:46	18.7	18.4	19.6	4.3	4.1	4.5	S.K
11	:							
12	:							
13	8:27	18.8	18.4	19.6	4.4	4.1	4.5	J.W
14	8:27	19.1	18.8	20.2	4.3	4.1	4.5	J.W
15	8:33	19.5	18.9	19.6	4.4	4.1	4.5	J.W
16	8:30	18.9	18.7	19.9	4.3	4.2	4.5	J.W
17	8:27	20.7	18.8	20.7	4.4	4.2	4.5	J.W
18	:							
19	:							
20	8:31	19.3	19.0	21.4	4.3	4.2	4.8	Y.N
21	9:05	19.4	19.1	21.0	4.5	4.2	4.8	Y.N
22	8:48	20.3	19.3	20.9	4.5	4.2	4.5	Y.N
23	8:45	20.7	19.3	20.9	4.4	4.2	4.6	Y.N
24	8:32	20.2	20.1	21.5	4.5	4.2	4.6	J.W
25	:							
26	:							
27	8:41	19.6	18.6	21.4	4.4	4.2	4.6	T.I
28	8:31	19.8	19.5	21.4	4.5	4.2	4.5	T.I
29	8:27	19.9	19.7	21.8	4.3	4.2	4.7	T.I
30	8:31	19.1	18.9	21.6	4.3	4.2	4.6	T.I
31	:							
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」 ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2021年7月1日 」

シリアル番号 「 10506331 」

②保冷库

校正実施日 「 2021年7月1日 」

シリアル番号 「 10506328 」

確認日: 2022年 7 月 1 日

署名: 松本香織