

治験薬の温度管理記録

2022年8月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8:32	19.2	19.1	20.8	4.3	4.2	4.6	R.K.
2	8:31	19.4	19.2	21.4	4.3	4.1	4.6	R.K.
3	8:30	19.6	19.2	22.1	4.4	4.1	4.6	R.K.
4	8:40	19.3	19.1	22.1	4.4	4.1	4.6	R.K.
5	8:39	19.1	18.9	22.1	4.4	4.1	4.5	R.K.
6	:							
7	:							
8	8:33	19.1	18.8	20.0	4.3	4.0	4.5	S.K.
9	9:36	19.4	18.8	20.7	4.2	4.2	4.6	S.K.
10	8:58	19.4	18.9	20.9	4.5	4.2	5.0	S.K.
11	:							
12	8:31	19.2	18.6	21.6	4.5	4.2	4.7	R.K.
13	:							
14	:							
15	10:58	19.4	18.7	20.2	4.5	4.2	4.7	S.K.
16	8:31	19.2	19.1	20.4	4.4	4.2	4.5	J.W.
17	8:26	19.1	18.7	20.2	4.4	4.2	4.5	J.W.
18	8:27	18.9	18.7	20.0	4.4	4.2	4.5	J.W.
19	8:31	18.7	18.6	19.8	4.4	4.2	4.6	J.W.
20	:							
21	:							
22	8:31	18.9	18.1	19.2	4.4	4.2	4.6	Y.N.
23	8:30	18.5	18.3	20.4	4.4	4.1	4.5	Y.N.
24	8:29	18.8	18.5	20.1	4.3	4.1	4.5	Y.N.
25	8:32	19.0	18.7	20.8	4.3	4.1	4.5	Y.N.
26	8:34	19.4	18.9	20.4	4.4	4.1	4.5	Y.N.
27	:							
28	:							
29	8:38	18.7	18.5	21.7	4.4	4.1	4.5	T.I.
30	8:37	18.5	18.5	19.7	4.4	4.2	4.6	T.I.
31	8:34	18.8	18.5	20.1	4.3	4.1	4.6	T.I.
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」 ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2022年6月13日 」

シリアル番号 「 10019214 」

②保冷库

校正実施日 「 2022年6月13日 」

シリアル番号 「 10019161 」

確認日: 2022年9月1日

署名: 松本 香織