

治験薬の温度管理記録

2022年 9 月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8:31	18.9	18.6	20.5	4.3	4.1	4.5	T.I
2	8:25	19.1	18.7	20.6	4.3	4.1	4.5	T.I
3	:							
4	:							
5	8:35	18.5	18.2	20.1	4.3	4.1	4.5	R.K
6	8:31	18.5	18.3	19.6	4.4	4.1	4.5	R.K
7	8:25	18.5	18.3	19.6	4.3	4.1	4.5	T.I
8	8:31	18.5	18.4	19.6	4.2	4.1	4.4	R.K
9	8:32	18.4	18.3	19.2	4.4	4.1	4.8	R.K
10	:							
11	:							
12	7:01	18.4	18.3	19.4	4.4	4.1	4.5	S.K
13	8:24	18.4	18.4	19.1	4.2	4.0	4.6	J.W
14	8:12	18.5	18.3	19.6	4.4	4.1	4.5	S.K
15	8:43	18.4	18.3	19.8	4.3	4.1	4.7	S.K
16	8:11	18.4	18.3	18.9	4.3	4.2	4.5	S.K
17	:							
18	:							
19	:							
20	8:27	18.5	18.2	19.0	4.2	4.1	4.4	J.W
21	8:28	18.7	18.3	18.8	4.2	4.1	4.5	J.W
22	8:35	18.2	18.0	18.7	4.4	4.1	4.4	J.W
23	:							
24	:							
25	:							
26	9:54	18.3	18.0	19.2	4.3	4.1	4.4	Y.N
27	8:47	18.1	17.9	19.0	4.3	4.1	4.5	Y.N
28	9:19	17.9	17.8	19.0	4.3	4.1	4.5	Y.N
29	8:43	17.9	17.8	19.0	4.4	4.1	4.5	Y.N
30	8:30	18.0	17.9	18.3	4.3	4.3	4.3	Y.N
31	:							
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」 ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2022年6月13日 」

シリアル番号 「 10019214 」

②保冷库

校正実施日 「 2022年6月13日 」

シリアル番号 「 10019161 」

確認日 2022年 10月 3 日

署名: 松本 香織