

治験薬の温度管理記録

2023年3月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8:35	17.9	17.8	18.8	4.3	4.1	4.4	T.I
2	8:36	18.0	17.8	19.7	4.2	4.1	4.5	T.I
3	8:33	17.8	17.8	19.8	4.3	4.1	4.5	T.I
4	:							
5	:							
6	8:33	18.1	17.8	19.5	4.4	4.1	4.5	R.K
7	8:31	18.0	17.9	20.0	4.3	4.1	4.4	R.K
8	8:40	18.8	17.8	19.7	4.2	4.1	4.4	R.K
9	8:40	17.8	17.6	19.5	4.1	4.0	4.4	R.K
10	8:32	17.9	17.8	19.9	4.3	4.1	4.4	R.K
11	:							
12	:							
13	8:43	18.1	17.7	20.1	4.3	4.1	4.4	S.K
14	8:39	18.3	17.9	19.8	4.3	4.1	4.5	S.K
15	9:05	17.9	17.8	20.0	4.2	4.1	4.4	S.K
16	15:15	19.5	17.9	20.1	4.2	4.1	4.5	S.K
17	17:08	18.9	17.9	20.0	4.2	4.1	4.5	S.K
18	:							
19	:							
20	9:33	17.9	17.7	18.9	4.2	4.2	5.2	S.K
21	:							
22	8:28	18.1	17.8	18.8	4.3	4.1	4.4	S.K
23	8:26	18.1	18.0	19.6	4.3	4.0	4.4	J.W
24	8:31	18.2	18.0	20.2	4.3	4.1	4.4	J.W
25	:							
26	:							
27	8:29	18.2	17.9	19.5	4.2	4.1	4.5	Y.N
28	8:27	18.4	18.0	19.3	4.4	4.1	4.7	Y.N
29	8:34	18.1	18.0	19.5	4.3	4.1	4.5	Y.N
30	8:34	18.2	17.9	19.5	4.4	4.1	4.5	Y.N
31	10:37	18.3	17.8	19.5	4.6	4.2	4.6	J.W
備考								

<温度計>

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」

ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2022年6月13日 」

シリアル番号 「 10019214 」

②保冷库

校正実施日 「 2022年6月13日 」

シリアル番号 「 10019161 」

確認日: 2023年4月3日

署名: 松本香織