

治験薬の温度管理記録

2022年 2月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8:12	18.9	17.9	19.7	4.3	4.0	4.4	S.K
2	7:55	18.5	17.9	19.2	4.2	4.0	4.4	S.K
3	8:13	17.9	17.9	18.8	4.3	4.1	4.5	S.K
4	8:32	18.6	17.8	19.2	4.2	4.1	4.4	S.K
5	:							
6	:							
7	8:27	17.7	17.6	18.8	4.2	4.1	4.4	T.I
8	9:22	18.7	17.6	19.0	4.3	4.1	4.4	T.I
9	8:56	18.0	17.9	18.8	4.3	4.1	4.4	T.I
10	9:07	18.2	17.9	19.2	4.3	4.1	4.5	T.I
11	:							
12	:							
13	:							
14	8:28	18.6	17.8	19.4	4.3	4.0	4.4	J.W
15	8:34	18.2	18.1	19.2	4.2	4.0	4.4	J.W
16	8:28	18.2	18.1	19.9	4.3	4.1	4.4	J.W
17	8:29	19.3	17.9	19.4	4.2	4.1	4.4	J.W
18	8:31	19.7	18.2	19.7	4.3	4.1	4.4	J.W
19	:							
20	:							
21	8:26	17.8	17.7	19.8	4.3	4.1	4.4	A.A
22	8:25	19.3	17.7	19.3	4.3	4.1	4.5	A.A
23	:							
24	8:11	19.0	18.0	19.4	4.3	4.1	4.4	A.A
25	8:27	19.0	18.0	19.4	4.3	4.1	4.5	A.A
26	:							
27	:							
28	8:31	18.4	18.1	19.8	4.4	4.2	4.5	J.W
29	:							
30	:							
31	:							
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」

ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2021年7月1日 」

シリアル番号 「 10506331 」

②保冷库

校正実施日 「 2021年7月1日 」

シリアル番号 「 10506328 」

確認日: 2022年 3月 / 日

署名: 金子 信治