

治験薬の温度管理記録

2022年 3月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	9:02	18.6	18.2	20.0	4.3	4.2	4.5	S.K
2	10:48	18.7	18.5	19.9	4.4	4.3	4.6	S.K
3	8:58	18.9	18.6	20.9	4.4	4.3	4.6	S.K
4	13:05	18.9	18.6	19.8	4.3	4.3	4.6	S.K
5	:							
6	:							
7	9:20	20.9	18.8	21.5	4.3	4.2	4.5	T.I
8	9:45	18.7	18.7	21.0	4.3	4.3	4.6	T.I
9	9:16	19.7	18.7	20.1	4.5	4.2	4.6	T.I
10	9:10	20.1	19.1	20.5	4.4	4.2	4.6	T.I
11	10:54	18.8	18.7	20.7	4.4	4.2	4.5	J.W
12	:							
13	:							
14	8:24	19.1	18.6	20.5	4.3	4.2	4.5	J.W
15	8:27	19.6	19.1	21.6	4.4	4.3	4.6	J.W
16	8:26	19.0	18.8	21.1	4.3	4.2	4.6	J.W
17	8:24	19.2	18.9	21.4	4.4	4.3	4.5	J.W
18	8:42	19.7	18.9	21.2	4.4	4.3	4.7	J.W
19	:							
20	:							
21	:							
22	8:16	18.8	18.4	19.7	4.4	4.2	4.6	S.K
23	9:04	18.3	18.3	19.4	4.5	4.3	4.7	J.W
24	8:28	18.6	18.2	19.2	4.3	4.1	4.5	S.K
25	8:27	18.6	18.5	19.9	4.4	4.2	4.4	S.K
26	:							
27	:							
28	8:24	18.8	18.5	21.3	4.4	4.2	4.6	J.W
29	8:27	19.0	18.7	21.4	4.4	4.2	4.6	J.W
30	9:05	18.5	18.4	19.6	4.4	4.2	4.5	J.W
31	8:27	19.6	18.5	20.3	4.5	4.2	4.5	J.W
備考								

<温度計>

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」

ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2021年7月1日 」

シリアル番号 「 10506331 」

②保冷库

校正実施日 「 2021年7月1日 」

シリアル番号 「 10506328 」

確認日: 2022年 4月 / 日

署名: 金子 信治