

治験薬の温度管理記録

2021年 11月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	7:59	18.5	17.9	19.7	4.1	4.1	4.5	A.A
2	8:01	18.1	18.0	18.9	4.3	4.1	4.9	A.A
3	:							
4	8:05	17.9	17.5	18.5	4.3	4.1	4.5	A.A
5	8:02	18.7	17.8	19.3	4.2	4.1	4.5	A.A
6	:							
7	:							
8	8:41	18.3	17.9	19.0	4.3	4.1	4.5	S.K
9	8:28	18.2	17.8	18.8	4.3	4.1	4.5	S.K
10	8:46	18.2	18.0	18.8	4.3	4.1	4.5	S.K
11	8:35	18.4	17.8	18.4	4.3	4.1	4.5	S.K
12	8:32	18.0	17.7	18.5	4.3	4.1	4.5	S.K
13	:							
14	:							
15	8:30	18.0	17.1	18.4	4.3	4.2	4.5	T.I
16	9:00	18.0	17.8	18.6	4.5	4.1	4.5	T.I
17	8:30	18.1	17.8	18.6	4.8	4.1	4.5	T.I
18	8:15	18.6	17.9	18.5	4.2	4.1	4.8	T.I
19	8:29	17.8	17.5	18.6	4.9	4.1	4.9	J.W
20	:							
21	:							
22	8:33	18.3	17.8	18.5	4.3	4.1	4.4	J.W
23	:							
24	8:45	16.9	16.4	18.4	4.2	4.1	4.4	J.W
25	8:25	18.4	16.9	18.6	4.3	4.1	4.4	J.W
26	11:02	18.7	18.0	19.0	4.2	4.1	4.4	S.K
27	:							
28	:							
29	12:13	18.7	18.3	19.3	4.2	4.1	4.4	A.A
30	8:03	18.6	18.5	19.2	4.2	4.0	4.5	A.A
31	:							
備考								

<温度計>

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」

ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2021年7月1日 」

シリアル番号 「 10506331 」

②保冷库

校正実施日 「 2021年7月1日 」

シリアル番号 「 10506328 」

確認日: 2021年 12月 1日

署名: 金子信治