

治験薬の温度管理記録

2021年 12月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

| 日  | 時刻<br>(24時間) | °C           |      |      |             |     |     | 確認者 |
|----|--------------|--------------|------|------|-------------|-----|-----|-----|
|    |              | ①調剤室(1~30°C) |      |      | ②保冷库(2~8°C) |     |     |     |
|    |              | 確認時          | 最低   | 最高   | 確認時         | 最低  | 最高  |     |
| 1  | 10:45        | 19.3         | 18.5 | 19.6 | 4.3         | 4.0 | 4.4 | S.K |
| 2  | 8:04         | 17.9         | 17.8 | 19.4 | 4.3         | 4.1 | 4.4 | A.A |
| 3  | 8:24         | 18.0         | 17.9 | 18.7 | 4.2         | 4.0 | 4.4 | A.A |
| 4  | :            |              |      |      |             |     |     |     |
| 5  | :            |              |      |      |             |     |     |     |
| 6  | 9:31         | 18.3         | 18.0 | 19.1 | 4.2         | 4.0 | 4.4 | S.K |
| 7  | 8:32         | 18.7         | 18.2 | 18.9 | 4.2         | 4.1 | 4.4 | S.K |
| 8  | 8:51         | 18.6         | 18.2 | 19.3 | 4.4         | 4.1 | 4.4 | S.K |
| 9  | 10:48        | 18.5         | 18.1 | 18.9 | 4.3         | 4.1 | 4.6 | S.K |
| 10 | 8:31         | 18.6         | 18.5 | 19.7 | 4.3         | 4.1 | 4.4 | S.K |
| 11 | :            |              |      |      |             |     |     |     |
| 12 | :            |              |      |      |             |     |     |     |
| 13 | 9:00         | 18.1         | 17.9 | 19.0 | 4.3         | 4.1 | 4.4 | T.I |
| 14 | 8:09         | 18.4         | 18.1 | 19.1 | 4.3         | 4.1 | 4.4 | A.A |
| 15 | 8:46         | 18.4         | 18.2 | 19.0 | 4.2         | 4.1 | 4.4 | J.W |
| 16 | 8:38         | 18.2         | 18.1 | 19.1 | 4.2         | 4.0 | 4.3 | J.W |
| 17 | 8:25         | 18.7         | 18.2 | 19.0 | 4.2         | 4.0 | 4.3 | J.W |
| 18 | :            |              |      |      |             |     |     |     |
| 19 | :            |              |      |      |             |     |     |     |
| 20 | 8:30         | 18.6         | 18.0 | 19.1 | 4.1         | 4.1 | 4.4 | J.W |
| 21 | 8:37         | 18.6         | 18.3 | 19.2 | 4.2         | 4.0 | 4.3 | J.W |
| 22 | 8:51         | 18.2         | 18.1 | 19.3 | 4.2         | 4.0 | 4.4 | J.W |
| 23 | 8:27         | 18.3         | 18.2 | 19.1 | 4.2         | 4.1 | 4.4 | J.W |
| 24 | 8:33         | 18.9         | 17.8 | 19.2 | 4.2         | 4.1 | 4.3 | J.W |
| 25 | :            |              |      |      |             |     |     |     |
| 26 | :            |              |      |      |             |     |     |     |
| 27 | 8:08         | 18.6         | 18.1 | 19.8 | 4.2         | 4.0 | 4.3 | A.A |
| 28 | 7:57         | 18.5         | 18.5 | 18.9 | 4.1         | 4.0 | 4.3 | A.A |
| 29 | :            |              |      |      |             |     |     |     |
| 30 | :            |              |      |      |             |     |     |     |
| 31 | :            |              |      |      |             |     |     |     |
| 備考 |              |              |      |      |             |     |     |     |

<温度計>

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」 ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2021年7月1日 」

シリアル番号 「 10506331 」

②保冷库

校正実施日 「 2021年7月1日 」

シリアル番号 「 10506328 」

確認日: 2022年 1月 4日

署名: 金子 信治