

治験薬の温度管理記録

20 2 / 年 4 月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8:35	18.2	18.1	19.0	4.2	4.0	4.4	S.K
2	8:18	18.0	18.0	18.9	4.2	4.0	4.5	S.K
3	:							
4	:							
5	9:35	18.5	18.0	18.9	4.0	4.0	4.3	T.I
6	9:30	18.2	18.0	19.0	4.1	4.0	4.4	T.I
7	9:00	18.8	18.2	19.6	4.1	4.0	4.3	T.I
8	9:30	18.3	18.0	19.0	4.2	4.0	4.3	T.I
9	11:40	18.9	17.9	* 18.6 19.6	4.1	4.0	4.4	T.I
10	:							
11	:							
12	8:29	18.1	18.0	19.5	4.2	4.0	4.3	J.W
13	8:26	18.4	18.1	19.7	4.1	4.0	4.4	J.W
14	8:10	18.4	18.4	19.4	4.1	4.0	4.4	S.K
15	8:24	18.7	18.4	20.5	4.0	4.0	4.4	J.W
16	8:30	18.3	18.2	19.1	4.2	4.0	4.3	J.W
17	:							
18	:							
19	8:10	18.3	17.0	20.1	4.2	4.0	4.4	A.A
20	13:00	19.8	18.2	20.6	4.1	4.0	4.3	A.A
21	8:00	18.3	18.0	19.8	4.0	4.0	4.3	A.A
22	8:00	18.4	18.1	20.8	4.2	4.0	4.3	A.A
23	8:30	18.6	18.0	19.0	4.1	4.0	4.3	J.W
24	:							
25	:							
26	8:12	16.7	16.2	19.7	4.1	4.0	4.3	S.K
27	7:45	18.2	16.7	19.5	4.0	4.0	4.2	S.K
28	8:10	17.7	17.4	20.6	4.2	4.0	4.3	S.K
29	:							
30	10:50	19.5	17.7	20.4	4.3	4.0	4.3	T.I
31	:							
備考		*誤記(修正) 2021年4月9日 T.I						

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」
 品 名 「 定温液体保管用最高/最低アラーム付きデジタル温度計 」
 機種番号 「 12218 」 ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2020年7月22日 」
 シリアル番号 「 04121086 」

②保冷库

校正実施日 「 2020年7月22日 」
 シリアル番号 「 04121064 」

確認日: 2021年 5月 1日

署名: 小石 好恵