

治験薬の温度管理記録

2021年 5月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷庫(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	:							
2	:							
3	:							
4	:							
5	:							
6	9:23	19.2	17.7	20.4	4.1	4.0	4.4	T.I
7	9:25	19.7	19.2	20.4	4.4	4.0	4.4	T.I
8	:							
9	:							
10	8:36	17.9	17.5	20.4	4.1	4.0	4.5	J.W
11	8:29	19.0	17.9	20.3	4.2	4.0	4.4	J.W
12	9:06	18.0	17.7	20.5	4.1	4.0	4.3	J.W
13	8:27	18.7	18.0	20.0	4.2	4.0	4.2	J.W
14	8:24	19.0	18.7	20.3	4.2	4.0	4.3	J.W
15	:							
16	:							
17	9:00	19.4	18.8	20.6	4.1	4.0	4.4	A.A
18	9:25	19.6	19.0	20.8	4.3	4.0	4.4	S.K
19	8:15	19.2	18.8	20.4	4.3	4.0	4.4	A.A
20	8:05	18.5	18.3	20.4	4.1	4.0	4.4	A.A
21	8:10	18.5	18.3	20.2	4.0	4.0	4.4	A.A
22	:							
23	:							
24	8:16	18.7	18.2	20.2	4.0	4.0	4.4	S.K
25	8:12	18.6	18.2	20.1	4.3	4.0	4.4	S.K
26	8:15	18.4	18.3	18.9	4.0	4.0	4.4	S.K
27	8:10	18.7	18.4	19.0	4.1	4.0	4.2	S.K
28	8:18	18.7	18.5	19.8	4.1	4.0	4.3	S.K
29	:							
30	:							
31	9:00	18.7	18.0	20.4	4.1	4.0	4.4	T.I
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」  
 品 名 「 定温液体保管用最高/最低アラーム付きデジタル温度計 」  
 機種番号 「 12218 」 ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2020年7月22日 」  
 シリアル番号 「 04121086 」

②保冷庫

校正実施日 「 2020年7月22日 」  
 シリアル番号 「 04121064 」

確認日: 2021年 6月 1日

署名: 金子 信治