

治験薬の温度管理記録

2021年 6月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	℃						確認者
		①調剤室(1~30℃)			②保冷库(2~8℃)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8:55	18.8	18.6	20.7	4.2	4.0	4.3	T.I
2	9:00	18.6	18.5	21.0	4.2	4.0	4.6	T.I
3	9:40	19.9	18.5	19.9	4.2	4.0	4.5	T.I
4	9:40	18.6	18.4	20.0	4.1	4.0	4.3	J.W
5	:							
6	:							
7	8:24	19.6	18.4	20.0	4.2	4.0	4.3	J.W
8	8:30	19.0	18.6	19.6	4.2	4.0	4.4	J.W
9	8:32	18.9	18.7	20.1	4.1	4.0	4.4	J.W
10	8:26	19.0	18.9	20.4	4.0	4.0	4.4	J.W
11	8:27	18.8	18.4	19.4	4.2	4.0	4.3	J.W
12	:							
13	:							
14	8:35	18.0	17.8	20.3	4.1	4.0	4.4	A.A
15	8:10	18.2	18.0	20.5	4.0	4.0	4.6	A.A
16	8:10	18.3	18.0	19.6	4.3	4.0	4.2	A.A
17	8:10	18.6	18.1	19.0	4.1	4.0	4.4	A.A
18	8:10	18.4	18.0	19.6	4.1	4.0	4.3	A.A
19	:							
20	:							
21	9:20	18.7	18.0	19.5	4.1	4.0	4.3	S.K
22	10:16	19.0	18.0	19.7	4.2	4.0	4.4	S.K
23	9:33	19.2	18.2	19.6	4.0	4.0	4.3	S.K
24	9:24	18.7	18.4	19.2	4.2	4.0	4.3	S.K
25	8:12	19.1	18.4	21.0	4.0	4.0	4.3	S.K
26	:							
27	:							
28	8:55	19.3	18.2	19.6	4.2	4.0	4.3	T.I
29	11:50	19.7	18.6	20.6	4.0	4.0	4.4	T.I
30	8:20	18.6	18.5	21.0	4.1	4.0	4.3	T.I
31	:							
備考								

<温度計>

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品名 「 定温液体保管用最高/最低アラーム付きデジタル温度計 」

機種番号 「 12218 」 ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2020年7月22日 」

シリアル番号 「 04121086 」

②保冷库

校正実施日 「 2020年7月22日 」

シリアル番号 「 04121064 」

確認日: 2021年 7月 / 日

署名: 金子信治