

治験薬の温度管理記録

2021年 9月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷庫(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8:40	18.9	18.5	20.5	4.4	4.3	5.0	J.W
2	8:05	18.7	18.5	19.4	4.3	4.2	4.6	S.K
3	8:40	18.7	18.4	19.5	4.4	4.3	4.6	J.W
4	:							
5	:							
6	9:00	18.3	17.9	19.1	4.4	4.2	4.6	A.A
7	9:00	18.5	18.2	18.9	4.4	4.2	4.6	J.W
8	8:50	18.5	18.2	18.9	4.4	4.2	4.6	J.W
9	8:35	18.8	18.5	19.3	4.3	4.2	4.6	S.K
10	8:27	18.6	18.4	19.9	4.4	4.2	4.5	J.W
11	:							
12	:							
13	8:05	18.1	17.4	20.6	4.4	4.2	4.6	S.K
14	8:28	18.4	18.0	19.1	4.5	4.2	4.6	S.K
15	8:08	18.5	18.3	18.8	4.4	4.2	4.6	S.K
16	8:18	18.7	18.3	19.6	4.4	4.2	4.6	S.K
17	8:52	18.2	17.5	18.8	4.5	4.3	4.6	S.K
18	:							
19	:							
20	:							
21	8:00	18.3	18.0	19.1	4.4	4.3	4.6	A.A
22	8:00	18.6	18.0	19.1	4.3	4.2	4.4	A.A
23	:							
24	8:00	18.2	18.0	20.1	4.3	4.1	4.5	A.A
25	:							
26	:							
27	8:30	18.2	17.9	19.5	4.3	4.2	4.6	J.W
28	8:30	18.4	18.1	18.9	4.3	4.1	4.5	J.W
29	9:22	18.6	18.2	19.1	4.5	4.2	4.6	J.W
30	8:00	18.5	18.3	19.2	4.2	4.1	4.5	A.A
31	:							
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」

ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2021年7月1日 」

シリアル番号 「 10506331 」

②保冷庫

校正実施日 「 2021年7月1日 」

シリアル番号 「 10506328 」

確認日: 2021年 10月 1日

署名: 金子 信治