

治験薬の温度管理記録

2023年 10月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	:							
2	9:49	18.5	18.4	19.8	4.6	4.5	4.9	J.W
3	8:51	18.6	18.2	20.3	4.7	4.5	4.8	S.K
4	8:47	19.1	18.6	19.4	4.6	4.4	4.8	S.K
5	8:31	19.0	18.8	19.7	4.7	4.4	4.8	S.K
6	8:32	18.5	18.2	19.5	4.7	4.5	4.8	S.K
7	:							
8	:							
9	:							
10	8:44	19.6	18.3	20.2	4.5	4.4	4.8	T.I
11	11:26	18.7	18.5	21.1	4.7	4.4	4.8	J.W
12	9:31	19.0	18.6	19.6	4.5	4.4	4.9	J.W
13	8:33	18.9	18.7	20.0	4.7	4.4	4.7	J.W
14	:							
15	:							
16	8:29	18.3	18.1	20.2	4.7	4.5	4.8	T.I
17	8:27	19.2	18.3	20.9	4.7	4.5	4.9	T.I
18	8:25	19.2	19.0	20.5	4.8	4.5	4.8	T.I
19	8:35	19.0	18.8	19.5	4.7	4.5	4.8	T.I
20	9:17	18.6	18.4	20.9	4.7	4.5	4.9	T.I
21	:							
22	:							
23	8:30	23.3	18.5	23.3	4.7	4.6	4.9	Y.S
24	8:30	18.5	18.3	23.5	4.7	4.6	4.8	Y.S
25	8:30	18.4	17.5	20.6	4.7	4.5	4.9	Y.S
26	8:39	18.6	17.5	21.0	4.5	4.5	4.8	Y.S
27	8:48	18.6	18.4	19.2	4.5	4.3	4.7	Y.S
28	:							
29	:							
30	9:41	18.5	18.2	20.0	4.8	4.6	4.9	M.Y
31	8:36	18.6	18.4	19.7	4.6	4.6	4.9	M.Y
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボルトタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」 ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2023年6月2日 」

シリアル番号 「 10041641 」

②保冷库

校正実施日 「 2023年6月2日 」

シリアル番号 「 10041591 」

確認日: 2023年 11月 6日

署名: 松原 有希