

治験薬の温度管理記録

2023年 12月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8:28	18.5	18.2	19.6	4.5	4.3	4.6	S.K
2	:							
3	:							
4	8:27	18.1	17.8	19.6	4.4	4.3	4.7	J.W
5	8:34	18.2	18.1	19.9	4.4	4.2	4.5	J.W
6	8:31	18.2	18.0	19.6	4.4	4.2	4.5	J.W
7	8:31	18.5	18.1	20.0	4.4	4.3	4.5	J.W
8	8:39	18.0	18.0	20.2	4.5	4.4	4.6	J.W
9	:							
10	:							
11	8:49	17.9	17.7	20.0	4.3	4.2	4.5	T.I
12	8:30	18.5	17.9	19.9	4.4	4.2	4.6	T.I
13	8:54	18.2	18.0	20.0	4.3	4.2	4.6	T.I
14	8:24	18.3	17.2	20.2	4.4	4.1	4.4	T.I
15	8:51	18.3	18.2	19.7	4.3	4.1	4.4	T.I
16	:							
17	:							
18	8:30	18.5	17.9	20.0	4.3	4.1	4.5	Y.S
19	8:40	18.3	18.1	19.5	4.4	4.2	4.5	Y.S
20	8:35	18.3	18.2	19.5	4.4	4.2	4.6	Y.S
21	8:30	18.4	18.2	19.6	4.5	4.3	4.5	Y.S
22	8:43	18.2	18.1	19.4	4.4	4.2	4.5	Y.S
23	:							
24	:							
25	8:45	18.0	16.9	19.9	4.3	4.2	4.5	M.Y
26	8:28	18.0	17.9	19.3	4.3	4.2	4.5	A.S
27	8:29	18.1	18.0	19.8	4.4	4.2	4.6	M.Y
28	9:28	18.5	17.8	19.4	4.3	4.2	4.5	M.Y
29	:							
30	:							
31	:							
備考								

<温度計>

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」 ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2023年6月2日 」

シリアル番号 「 10041641 」

②保冷库

校正実施日 「 2023年6月2日 」

シリアル番号 「 10041591 」

確認日: 2024年 1月 5日

署名: 松本 春織