

治験薬の温度管理記録

2023年4月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷庫(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	:							
2	:							
3	9:02	18.1	17.9	19.4	4.3	4.0	4.7	J.W
4	9:12	18.2	18.0	18.9	4.3	4.0	4.4	S.K
5	15:56	19.0	17.9	19.9	4.2	4.0	4.4	S.K
6	11:02	18.9	17.8	19.0	4.3	4.1	4.4	S.K
7	15:51	18.6	18.0	21.1	4.2	4.0	4.5	S.K
8	:							
9	:							
10	8:31	17.9	17.8	19.3	4.2	4.1	4.4	J.W
11	8:28	18.2	17.9	18.7	4.3	4.1	4.4	J.W
12	8:28	18.2	18.0	20.2	4.3	4.1	4.5	J.W
13	8:29	18.0	17.6	18.6	4.2	4.0	4.4	J.W
14	8:46	18.1	18.0	19.8	4.4	4.0	4.4	J.W
15	:							
16	:							
17	8:28	17.8	16.9	19.6	4.3	4.0	4.5	T.I
18	8:26	18.1	17.7	18.8	4.3	4.0	4.4	T.I
19	8:25	18.3	18.0	19.7	4.2	4.0	4.4	T.I
20	8:22	18.2	18.1	20.7	4.3	4.0	4.4	T.I
21	8:36	18.4	18.2	19.8	4.3	4.0	4.4	T.I
22	:							
23	:							
24	14:10	18.9	17.8	20.1	4.2	4.0	4.4	M.T
25	8:26	18.0	17.9	19.0	4.2	4.0	4.4	M.T
26	8:27	18.1	18.0	19.7	4.2	4.1	4.4	M.T
27	8:30	19.9	17.8	19.6	4.2	4.0	4.4	M.T
28	8:28	18.3	17.9	20.5	4.2	4.0	4.4	M.T
29	:							
30	:							
31	:							
備考								

<温度計>

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」

ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2022年6月13日 」

シリアル番号 「 10019214 」

②保冷庫

校正実施日 「 2022年6月13日 」

シリアル番号 「 10019161 」

確認日: 2023年5月18日

署名: 松本香織