

治験薬の温度管理記録

2023年 7 月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	:							
2	:							
3	8:48	18.7	17.9	20.2	4.3	4.0	4.5	Y.S
4	8:32	19.3	17.9	20.2	4.3	4.1	4.5	Y.S
5	8:33	19.1	18.8	20.2	4.2	4.0	4.4	Y.S
6	8:33	18.6	18.0	19.4	4.2	4.0	4.3	Y.S
7	8:35	19.1	18.5	20.2	4.7	4.1	6.5	Y.S
8	:							
9	:							
10	8:40	18.2	17.8	20.0	4.6	4.5	3.1	M.Y
11	8:27	18.9	18.2	20.9	4.7	4.5	4.9	M.Y
12	8:32	18.7	18.5	20.1	5.0	4.5	5.0	M.Y
13	8:30	19.0	18.3	20.3	4.8	4.7	5.1	M.Y
14	8:29	19.2	18.8	19.5	4.9	4.7	5.0	M.Y
15	:							
16	:							
17	:							
18	8:25	19.1	18.7	20.7	4.8	4.6	5.0	A.S
19	13:10	19.6	18.7	20.7	4.9	4.7	5.0	A.S
20	8:29	19.0	18.6	20.7	4.9	4.7	5.0	A.S
21	8:25	19.1	18.7	20.0	4.9	4.7	5.1	A.S
22	:							
23	:							
24	9:18	19.7	18.4	20.4	5.0	4.7	5.1	A.S
25	8:25	20.6	19.6	21.9	5.0	4.8	5.0	Y.M
26	8:26	19.5	19.0	21.9	5.0	4.8	5.1	Y.M
27	8:25	19.5	19.2	21.0	4.9	4.7	5.1	Y.M
28	8:22	19.5	19.2	21.9	4.9	4.7	5.1	Y.M
29	:							
30	:							
31	9:30	19.8	18.4	21.6	4.8	4.6	5.2	Y.A
備考								

<温度計>

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」 ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2023年6月2日 」

シリアル番号 「 10041641 」

②保冷库

校正実施日 「 2023年6月2日 」

シリアル番号 「 10041591 」

確認日: 2023年 8 月 / 日

署名: 松原 香織