

治験薬の温度管理記録

2024年 3 月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8:33	18.5	18.2	19.5	4.3	4.2	4.4	M.Y
2	:							
3	:							
4	8:27	18.4	18.1	19.2	4.3	4.2	4.5	A.S
5	9:08	18.3	18.2	19.1	4.4	4.2	4.5	A.S
6	8:26	18.4	18.3	19.1	4.4	4.2	4.5	Y.M
7	8:33	18.2	18.1	18.8	4.4	4.2	4.5	Y.M
8	8:27	18.2	18.1	19.0	4.3	4.2	4.5	A.S
9	:							
10	:							
11	8:28	18.2	18.0	19.4	4.4	4.1	4.4	A.S
12	8:25	18.5	18.2	18.8	4.3	4.2	4.6	Y.M
13	8:28	18.2	18.1	19.1	4.4	4.2	4.5	Y.M
14	8:26	18.3	18.1	18.8	4.1	4.1	4.5	Y.M
15	8:24	18.3	18.2	18.8	4.2	4.1	4.3	Y.M
16	:							
17	:							
18	8:22	18.0	17.8	19.1	4.3	4.1	4.4	Y.M
19	8:35	17.6	17.4	18.9	4.2	4.0	4.4	Y.A
20	:							
21	8:30	18.1	17.6	19.3	4.3	4.2	4.5	Y.A
22	8:28	18.4	18.0	18.6	4.4	4.2	4.4	Y.A
23	:							
24	:							
25	8:31	18.8	17.9	18.9	4.3	4.2	4.5	S.K
26	8:35	18.5	18.1	18.8	4.4	4.2	4.5	S.K
27	8:43	18.4	18.2	18.6	4.3	4.2	4.4	S.K
28	8:55	18.3	18.0	18.5	4.4	4.2	4.5	S.K
29	8:32	18.2	18.0	18.6	4.5	4.2	4.6	S.K
30	:							
31	:							
備考								

<温度計>

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボルトタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」

ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2023年6月2日 」

シリアル番号 「 10041641 」

②保冷库

校正実施日 「 2023年6月2日 」

シリアル番号 「 10041591 」

確認日: 2024年 3 月 29 日

署名: 松平 香織