

治験薬の温度管理記録

2020年 10月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8:48	18.6	17.4	19.0	4.4	4.2	4.6	S.A
2	8:26	19.0	18.4	19.1	4.3	4.1	4.7	S.K
3	:							
4	:							
5	8:57	18.9	18.5	19.3	4.3	4.2	4.5	R.H
6	8:35	19.0	18.0	19.2	4.4	4.2	4.6	R.H
7	8:37	18.6	18.1	19.0	4.4	4.1	4.6	R.H
8	8:39	19.4	18.4	19.4	4.4	4.2	4.6	R.H
9	8:39	19.0	18.6	19.4	4.4	4.2	4.4	R.H
10	:							
11	:							
12	8:12	18.8	18.6	20.5	4.2	4.1	4.5	S.K
13	8:38	19.1	18.8	20.0	4.4	4.1	4.5	S.K
14	10:51	19.0	18.8	21.7	4.4	4.2	4.5	S.K
15	8:32	18.7	18.7	20.0	4.4	4.1	4.4	S.K
16	8:28	18.8	18.6	19.7	4.4	4.2	4.5	S.K
17	:							
18	:							
19	8:48	19.4	18.7	20.0	4.4	4.1	4.5	J.W
20	8:50	19.2	18.8	21.7	4.4	4.2	4.5	S.A
21	8:54	19.0	18.7	19.4	4.4	4.2	4.6	J.W
22	8:52	19.3	18.6	19.4	4.4	4.1	4.4	J.W
23	9:03	19.2	18.6	19.3	4.5	4.1	4.5	J.W
24	:							
25	:							
26	8:40	19.0	*1 19.4 ^{18.4}	*2 19.4 ^{24.4}	4.2	4.0	4.5	Y.N
27	8:32	19.2	19.0	20.0	4.4	4.2	4.4	Y.N
28	8:34	19.4	18.7	20.0	4.4	4.2	4.5	Y.N
29	8:37	19.4	18.9	19.9	4.3	4.1	4.4	Y.N
30	9:03	18.8	18.7	19.8	4.4	4.2	4.5	S.A
31	:							
備考		*1・*2:誤記修正 2020.10/26 Y.N						

〈温度計〉

製造会社名 「Delta TRAK Inc.」
 品名 「定温液体保管用最高/最低アラーム付きデジタル温度計」
 機種番号 「12218」 ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「2020年7月22日」
 シリアル番号 「04121086」

②保冷库

校正実施日 「2020年7月22日」
 シリアル番号 「04121064」

確認日: 2020年10月30日

署名: 小塚おゆい