

2020年 12月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	℃						確認者
		①調剤室(1~30℃)			②保冷库(2~8℃)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8:56	18.7	18.4	19.5	4.3	4.0	4.4	Y.N
2	8:40	19.0	18.7	19.7	4.4	4.2	4.5	Y.N
3	8:38	19.0	18.6	20.2	4.3	4.2	4.5	Y.N
4	8:38	19.2	18.8	20.0	4.3	4.2	4.5	Y.N
5	:							
6	:							
7	8:45	19.0	18.6	19.8	4.4	4.2	4.6	S.A
8	8:40	18.5	18.5	19.7	4.4	4.2	4.4	S.A
9	8:28	18.6	18.0	20.0	4.4	4.2	4.5	S.A
10	8:55	18.4	18.3	19.6	4.4	4.3	4.5	S.A
11	8:37	19.1	18.4	19.6	4.5	4.3	4.5	S.A
12	:							
13	:							
14	9:11	18.9	18.3	20.9	4.4	4.2	4.5	R.H
15	8:50	18.3	18.0	19.0	4.4	4.3	4.5	R.H
16	8:40	18.4	18.0	19.0	4.4	4.2	4.5	R.H
17	8:41	18.9	18.4	19.4	4.2	4.2	4.6	R.H
18	8:47	18.8	18.4	19.6	4.3	4.1	4.5	R.H
19	:							
20	:							
21	8:14	18.0	18.0	21.3	4.4	4.1	4.5	S.K
22	8:31	18.1	18.0	19.9	4.2	4.2	4.5	S.K
23	8:12	18.5	18.1	19.2	4.4	4.0	4.1	S.K
24	8:24	18.7	18.4	19.6	4.0	4.0	4.1	S.K
25	8:24	17.8	17.7	19.6	4.0	4.0	4.6	S.A
26	:							
27	:							
28	8:30	19.0	17.8	19.3	4.0	4.0	4.1	S.A
29	:							
30	:							
31	:							
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 定温液体保管用最高/最低アラーム付きデジタル温度計 」

機種番号 「 12218 」 ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2020年7月22日 」

シリアル番号 「 04121086 」

②保冷库

校正実施日 「 2020年7月22日 」

シリアル番号 「 04121064 」

確認日: 2021年 1 月 4 日

署名: 山梨県立中央病院