

治験薬の温度管理記録

2020年 9 月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	℃						確認者
		①調剤室(1~30℃)			②保冷库(2~8℃)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8:54	19.4	19.0	22.7	4.6	4.4	4.7	R.H
2	8:56	18.7	18.6	20.6	4.6	4.3	4.7	R.H
3	9:22	19.9	18.7	21.1	4.4	4.3	4.6	R.H
4	8:28	19.1	18.8	21.4	4.5	4.3	4.6	S.A
5	:							
6	:							
7	8:28	19.0	18.5	20.6	4.4	4.3	4.7	S.K
8	8:24	19.7	19.0	21.0	4.4	4.4	4.7	S.K
9	8:02	18.6	18.4	21.0	4.5	4.4	4.7	S.K
10	8:41	19.2	18.6	20.4	4.4	4.3	4.6	S.K
11	8:22	18.6	18.4	20.0	4.5	4.3	4.6	S.K
12	:							
13	:							
14	9:00	18.4	18.0	19.7	4.6	4.3	4.7	J.W
15	8:27	18.4	18.3	19.1	4.5	4.3	4.7	J.W
16	8:25	17.9	17.4	18.8	4.4	4.3	4.6	J.W
17	8:32	18.6	17.9	19.0	4.4	4.3	4.7	J.W
18	8:41	18.5	18.4	19.1	4.4	4.2	4.7	J.W
19	:							
20	:							
21	:							
22	:							
23	8:36	18.4	18.2	19.6	4.4	4.1	4.6	Y.N
24	8:35	18.6	18.3	18.6	4.4	4.1	4.6	Y.N
25	8:35	18.3	18.0	18.7	4.4	4.2	4.6	Y.N
26	:							
27	:							
28	8:54	17.8	17.7	18.7	4.3	4.0	4.5	S.A
29	8:34	18.0	17.8	18.4	4.4	4.1	4.6	S.A
30	8:26	17.4	17.0	18.7	4.4	4.1	4.6	S.A
31	:							
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 定温液体保管用最高/最低アラーム付きデジタル温度計 」

機種番号 「 12218 」 ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2020年7月22日 」

シリアル番号 「 04121086 」

②保冷库

校正実施日 「 2020年7月22日 」

シリアル番号 「 04121064 」

確認日: 2020年 9 月 30 日

署名: 小野みづ恵