

治験薬の温度管理記録

2020 年 4 月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	℃						確認者
		①調剤室(1~30℃)			②保冷库(2~8℃)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8:36	18.6	18.4	19.0	4.7	4.6	5.0	Y.N
2	8:45	18.3	18.1	19.1	4.7	4.4	5.0	Y.N
3	8:40	18.4	18.2	19.2	4.6	4.5	4.8	Y.N
4	:							
5	:							
6	8:28	18.4	18.3	19.2	4.4	4.3	4.6	R.H
7	8:30	18.6	18.4	19.0	4.3	4.2	4.4	S.A
8	8:32	18.6	18.4	19.2	4.5	4.3	4.6	S.A
9	16:21	19.7	17.9	20.0	4.5	4.4	4.7	S.K
10	15:51	19.4	18.6	19.7	4.4	4.3	4.6	S.A
11	:							
12	:							
13	8:35	18.4	17.6	19.4	4.3	4.2	4.5	R.H
14	8:49	18.2	18.2	18.8	4.5	4.1	4.6	R.H
15	8:41	18.4	18.2	18.8	4.4	4.3	4.6	R.H
16	8:37	18.5	18.4	19.0	4.4	4.4	4.6	R.H
17	9:01	18.6	18.4	19.7	4.6	4.4	4.6	R.H
18	:							
19	:							
20	8:35	18.7	16.7	19.4	5.0	4.5	5.0	S.K
21	11:00	18.7	18.5	19.0	4.6	4.4	5.0	S.K
22	8:38	18.6	18.5	19.4	4.7	4.6	4.7	S.K
23	10:58	18.8	18.5	19.5	4.5	4.5	4.7	S.K
24	9:57	18.8	18.5	19.4	4.5	4.4	4.9	S.A
25	:							
26	:							
27	8:33	23.7	18.7	23.7	4.6	4.3	4.6	S.A
28	8:33	18.5	18.3	23.7	4.6	4.4	4.7	J.W
29	:							
30	8:56	17.7	17.2	19.0	4.6	4.6	4.9	S.A
31	:							
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 定温液体保管用最高/最低アラーム付きデジタル温度計 」

機種番号 「 12218 」 ISO/IEC17025:2005温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2019年8月8日 」

シリアル番号 「 04114472 」

②保冷库

校正実施日 「 2019年8月8日 」

シリアル番号 「 04114476 」

確認日: 2020 年 4 月 30 日

署名: 小、田、み、恵