

治験薬の温度管理記録

2020年 7 月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	℃						確認者
		①調剤室(1~30℃)			②保冷库(2~8℃)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8 : 38	20.5	19.4	20.5	4.8	4.7	4.9	S.K
2	8 : 12	19.4	19.0	22.8	4.7	4.7	5.6	S.K
3	8 : 52	18.6	18.3	20.7	5.1	4.7	5.2	S.K
4	:							
5	:							
6	8 : 39	18.6	18.4	19.4	5.0	5.0	5.4	S.K
7	8 : 31	18.8	18.5	20.0	5.0	4.9	5.0	J.W
8	9 : 11	19.4	18.6	20.1	5.0	4.9	5.0	J.W
9	8 : 28	18.9	18.7	20.4	4.9	4.8	5.1	S.K
10	8 : 28	19.0	18.5	20.2	5.0	4.7	5.1	J.W
11	:							
12	:							
13	8 : 37	18.8	18.6	20.8	4.7	4.0	5.3	Y.N
14	8 : 41	18.6	18.6	19.6	4.7	4.6	5.0	Y.N
15	9 : 21	18.8	18.4	19.0	4.9	4.7	5.0	Y.N
16	9 : 06	19.0	18.6	19.3	4.7	4.6	5.0	S.A
17	9 : 17	18.6	18.4	20.4	4.6	4.4	4.7	S.A
18	:							
19	:							
20	8 : 24	19.0	18.4	20.5	4.6	4.2	4.6	S.A
21	8 : 25	19.3	18.4	22.6	4.7	4.6	4.7	S.A
22	8 : 52	19.6	19.0	22.6	4.7	4.5	5.0	S.A
23	:							
24	:							
25	:							
26	:							
27	8 : 34	19.0	18.6	22.0	4.7	4.5	5.0	R.H
28	8 : 50	19.5	19.0	21.0	4.7	4.6	4.7	R.H
29	8 : 30	19.2	19.0	21.4	4.7	4.7	4.9	R.H
30	8 : 26	18.9	18.7	21.1	4.8	4.7	4.9	S.A
31	8 : 32	18.9	18.7	20.5	4.0	4.0	5.0	R.H
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 定温液体保管用最高/最低アラーム付きデジタル温度計 」

機種番号 「 12218 」 ISO/IEC17025:2005温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2019年8月8日 」

シリアル番号 「 04114472 」

②保冷库

校正実施日 「 2019年8月8日 」

シリアル番号 「 04114476 」

確認日: 2020 年 8 月 5 日

署名: 小林 みつ恵