

治験薬の温度管理記録

2021年 1 月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	℃						確認者
		①調剤室(1~30℃)			②保冷库(2~8℃)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	:							
2	:							
3	:							
4	8:26	18.6	17.7	19.4	4.0	4.0	4.2	J.W
5	8:35	19.0	18.0	19.3	4.0	4.0	4.4	J.W
6	8:26	18.6	18.1	19.5	4.0	4.0	4.1	J.W
7	8:24	18.6	18.2	19.0	4.0	4.0	4.1	J.W
8	8:33	18.6	18.0	19.4	4.0	4.0	4.1	J.W
9	:							
10	:							
11	:							
12	8:32	20.1	18.0	20.1	4.0	4.0	4.1	Y.N
13	8:28	18.4	18.0	20.4	4.0	3.8	4.1	Y.N
14	8:31	18.9	18.0	19.2	4.0	4.0	4.2	Y.N
15	8:32	18.9	18.0	19.3	4.0	4.0	4.4	Y.N
16	:							
17	:							
18	8:41	18.9	18.0	19.6	4.1	4.0	4.1	S.A
19	8:32	18.9	18.0	19.0	4.1	4.0	4.3	S.K
20	8:36	18.7	18.0	19.0	4.0	4.0	4.3	S.A
21	8:28	18.8	18.0	19.5	4.0	4.0	4.0	S.A
22	8:49	18.5	18.1	19.2	4.0	4.0	4.2	S.A
23	:							
24	:							
25	8:23	18.9	18.3	20.0	4.0	3.9	4.0	S.A
26	8:33	18.9	18.4	19.9	4.0	4.0	4.1	R.H
27	8:34	18.9	18.6	20.2	4.0	4.0	4.0	R.H
28	8:45	18.4	18.2	19.4	4.0	4.0	4.1	R.H
29	8:52	19.2	18.0	19.2	4.0	4.0	4.1	R.H
30	:							
31	:							
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 定温液体保管用最高/最低アラーム付きデジタル温度計 」

機種番号 「 12218 」 ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2020年7月22日 」

シリアル番号 「 04121086 」

②保冷库

校正実施日 「 2020年7月22日 」

シリアル番号 「 04121064 」

確認日: 2021年 2 月 1 日

署名: 山、平 み、恵