

治験薬の温度管理記録

2021年 2月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	℃						確認者
		①調剤室(1~30℃)			②保冷库(2~8℃)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8:12	18.7	18.0	19.3	4.0	4.0	4.2	S.K
2	8:58	19.1	18.2	19.4	4.1	4.0	4.3	S.K
3	8:37	18.2	17.9	19.1	4.0	4.0	4.3	S.K
4	8:39	18.9	17.9	19.0	4.1	4.0	4.1	S.K
5	9:52	18.2	18.0	19.0	4.0	4.0	4.3	S.K
6	:							
7	:							
8	8:56	18.4	18.0	19.0	4.0	4.0	4.0	J.W
9	9:00	19.0	18.0	19.0	4.0	4.0	4.0	J.W
10	9:02	19.0	18.0	19.4	4.0	4.0	4.1	J.W
11	:							
12	8:57	19.7	18.1	19.7	4.0	4.0	4.2	J.W
13	:							
14	:							
15	8:35	18.5	18.0	19.7	4.0	4.0	4.2	Y.N
16	8:29	18.3	18.0	19.4	4.0	4.0	4.1	Y.N
17	8:31	18.6	18.0	19.5	4.0	4.0	4.0	Y.N
18	8:37	18.5	18.0	19.3	4.0	3.9	4.0	Y.N
19	9:50	19.0	18.0	19.1	4.0	4.0	4.1	Y.N
20	:							
21	:							
22	8:25	18.0	17.9	19.0	4.0	4.0	4.1	S.A
23	:							
24	8:25	18.3	17.7	20.8	4.0	4.0	4.3	S.A
25	8:29	18.0	18.0	19.6	4.1	4.0	4.4	S.A
26	9:44	18.9	18.0	19.9	4.1	4.0	4.3	S.A
27	:							
28	:							
29	:							
30	:							
31	:							
備考		* 温度校正 2021/2/26 S.A						

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 定温液体保管用最高/最低アラーム付きデジタル温度計 」

機種番号 「 12218 」 ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2020年7月22日 」

シリアル番号 「 04121086 」

②保冷库

校正実施日 「 2020年7月22日 」

シリアル番号 「 04121064 」

確認日: 2021年 3月 1日

署名: 小野みづ恵