

治験薬の温度管理記録

2021年3月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8:10	18.4	18.3	19.8	4.1	4.0	4.2	S.K
2	8:12	19.0	18.4	20.6	4.0	4.0	4.4	S.K
3	8:41	18.6	17.8	22.4	4.0	4.0	4.3	J.W
4	8:15	18.6	18.3	19.0	4.1	4.0	4.3	S.K
5	8:13	18.2	18.1	19.2	4.1	4.0	4.2	S.K
6	:							
7	:							
8	8:29	18.0	18.0	19.1	4.0	4.0	4.3	S.A
9	9:10	18.1	17.9	18.3	4.1	4.0	4.4	T.I
10	9:35	18.0	18.0	18.6	4.1	4.0	4.3	T.I
11	9:15	18.3	18.0	19.2	4.1	4.0	4.2	T.I
12	9:25	18.1	18.0	18.6	4.1	3.9	4.4	T.I
13	:							
14	:							
15	8:25	18.3	18.0	18.6	4.0	3.8	4.2	J.W
16	8:52	17.4	16.6	18.9	4.0	3.9	4.1	J.W
17	8:43	18.1	17.4	19.6	4.0	3.9	4.1	J.W
18	8:33	18.0	18.0	18.7	4.0	3.9	4.1	J.W
19	8:36	18.0	17.9	18.5	4.0	3.9	4.4	J.W
20	:							
21	:							
22	10:34	18.0	17.4	19.2	4.1	4.0	4.2	S.A
23	9:33	18.4	18.0	18.6	4.2	4.0	4.4	S.A
24	8:08	18.3	18.2	18.7	4.2	4.1	4.4	S.A
25	8:09	18.0	18.0	19.0	4.0	4.0	4.4	S.A
26	8:24	18.0	18.0	19.0	4.2	4.0	4.4	S.A
27	:							
28	:							
29	8:58	18.6	18.0	19.6	4.1	4.0	4.4	S.K
30	8:32	18.3	18.1	19.8	4.2	4.0	4.3	S.K
31	8:53	18.3	18.2	19.2	4.0	4.0	4.4	S.K
備考								

<温度計>

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」
 品名 「 定温液体保管用最高/最低アラーム付きデジタル温度計 」
 機種番号 「 12218 」 ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2020年7月22日 」
 シリアル番号 「 04121086 」

②保冷库

校正実施日 「 2020年7月22日 」
 シリアル番号 「 04121064 」

確認日: 2021年4月1日

署名: ()、()、()