

治験薬の温度管理記録

2024年 8月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8:43	18.6	18.2	19.9	4.5	4.4	4.7	T.I
2	10:21	19.0	18.5	19.7	4.4	4.2	4.6	T.I
3	:							
4	:							
5	8:28	18.9	18.5	20.4	4.6	4.2	4.7	Y.S
6	8:34	18.9	18.7	20.8	4.5	4.2	4.6	Y.S
7	8:44	19.0	18.7	20.3	4.4	4.2	4.7	Y.S
8	8:37	19.1	18.8	21.2	4.5	4.3	4.6	Y.S
9	8:30	18.8	18.6	19.9	4.6	4.3	4.7	Y.S
10	:							
11	:							
12	:							
13	8:34	18.8	18.4	19.8	4.5	4.3	4.7	M.Y
14	8:30	19.0	18.7	20.0	4.6	4.4	4.8	M.Y
15	9:10	18.8	18.4	19.8	4.6	4.4	4.7	M.Y
16	13:02	19.2	18.4	20.1	4.5	4.4	4.7	M.Y
17	:							
18	:							
19	8:00	18.7	18.3	19.7	4.5	4.3	4.6	A.S
20	13:18	19.3	18.7	21.0	4.4	4.3	4.7	A.S
21	8:31	18.9	18.7	19.7	4.6	4.3	4.7	A.S
22	8:32	18.8	18.6	20.0	4.5	4.3	4.7	A.S
23	8:32	20.0	18.8	20.4	4.7	4.4	4.8	A.S
24	:							
25	:							
26	7:53	18.7	18.6	21.1	4.5	4.3	4.7	Y.M
27	7:47	18.8	18.6	20.0	4.4	4.3	4.6	Y.M
28	8:27	18.9	18.7	19.7	4.6	4.4	4.6	Y.M
29	8:54	18.8	18.6	19.3	4.4	4.2	4.6	Y.M
30	8:23	18.7	18.3	19.5	4.7	4.2	4.7	Y.M
31	:							
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」 ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2024年4月30日 」

シリアル番号 「 10054825 」

②保冷库

校正実施日 「 2024年4月30日 」

シリアル番号 「 10054822 」

確認日: 2024年 8月 30日

署名: 金子信治