

治験薬の温度管理記録

2024年 9 月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	:							
2	8:28	* 4.4 19.2	4.3 18.1	4.7 19.9	4.2 4.4	4.1 4.3	4.9 4.9	Y.A
3	8:30	18.7	18.5	21.8	4.5	4.2	4.5	Y.A
4	8:30	18.5	18.2	19.4	4.6	4.3	4.6	Y.A
5	8:40	18.5	18.2	18.9	4.4	4.2	4.7	Y.A
6	8:35	18.4	18.3	19.1	4.5	4.3	4.6	Y.A
7	:							
8	:							
9	8:37	18.6	18.2	19.1	4.5	4.3	4.6	J.W
10	8:34	18.8	18.5	19.9	4.6	4.3	4.7	J.W
11	8:26	18.8	18.6	20.1	4.6	4.3	4.7	J.W
12	8:26	18.7	18.4	21.4	4.7	4.5	4.8	J.W
13	8:39	18.8	18.2	19.8	4.5	4.5	4.7	J.W
14	:							
15	:							
16	:							
17	8:48	18.6	18.3	21.2	4.6	4.4	4.8	S.A
18	8:39	18.8	18.3	21.1	* 4.6 4.7	4.5	4.8	S.A
19	13:10	19.8	18.4	21.1	4.6	4.4	4.9	S.A
20	8:26	18.4	18.1	19.9	4.6	4.4	4.8	S.A
21	:							
22	:							
23	:							
24	9:05	18.2	18.0	19.7	4.4	4.2	4.8	Y.S
25	8:36	18.3	17.9	18.6	4.6	4.3	4.8	J.W
26	8:29	19.0	18.1	19.3	4.6	4.4	4.7	J.W
27	8:32	19.6	18.9	20.3	4.7	4.4	4.8	J.W
28	:							
29	:							
30	8:32	18.9	18.5	21.3	4.6	4.4	4.8	M.Y
31	:							
備考	* error 1/2 Y.A * 2 error 1/10 S.A							

<温度計>

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」 ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2024年4月30日 」

シリアル番号 「 10054825 」

②保冷库

校正実施日 「 2024年4月30日 」

シリアル番号 「 10054822 」

確認日: 2024年 10 月 4 日

署名: 金子 信治