


発行年月日 2021/07/05

依頼者名 地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院

住所 山梨県甲府市富士見1-1-1



校正証明書

被校正機器:

製造会社名 DeltaTRAK Inc.

機種品番 12238-01

品名 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボットルタイプ

シリアル番号 10506331

注文番号 5431

校正実施日 2021/07/01

校正担当者 西村 凧子

次期校正周期 2022/07/01

校正条件: 文書識別番号 手順書名称

使用した校正手順書: QP-50 TCL-温度校正手順書

温度校正室 環境温度/湿度 22.0℃/ 41 %

校正結果: 基準点	許容値 (±)	本製品	判定結果	拡張不確かさ (κ=2)	使用液体
20.0 °C	0.5 °C	19.7 °C	合格	70mK	精製水

校正に使用した機器:

設備識別番号	設備の名称	機器型式	機器シリアル番号	次期校正日	トレサビリティ番号
00071	HH376 Data Logger	DS8154	190407230/190113170	2021/10/02	551220083856260

設備識別番号	設備の名称	機器型式	機器シリアル番号
00005	恒温循環槽 精製水	PD15R-40-A11B	1C1482330

上級校正所員 西村 凧子

温度校正室長 庫内 康博

デルタトラックジャパン株式会社 温度校正室

大阪市住之江区南港北2丁目1-10

ATCビル ITM棟

本校正証明書は、デジタル温度計と白金参照温度計を、JIS Z 8710 温度測定方法通則に基づいて恒温循環槽、あるいは均熱銅ブロックを液体窒素・変性アルコール・IPA 及び精製水媒体に浸没し、比較を行ったものです。校正された測定の拡張不確かさは、包含係数 $k=2$ を用いて 95% の信頼水準で表されます。

本校正に用いた参照標準は、SI 単位で NIST (米国標準技術研究所) 及び認定された国内または国際標準研究所にトレサブルです。本校正証明書は、特定された被校正機器に関する情報のみです。被校正機器の次期校正周期は、当社が規定する機器本体の保証期間をもとに記載しております。何らかの外的要因が、被校正機器校正周期の前に、許容範囲を逸脱させる原因となる場合があります。校正の周期は、被校正機器の使用頻度、環境条件、ユーザーご自身が制定した精度体系に従って設定いただくことを推奨いたします。事前の承認無しに、本校正証明書の複写および一部のみを複製して使用することは禁じます。

デルタトラックジャパン株式会社 温度校正室は、ペリジョンソナラボラトリーアクリディテーションにより ISO/IEC 17025:2017 に基づく校正機関として認定されています。