

治験薬の温度管理記録

2025年 1月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	:							
2	:							
3	:							
4	:							
5	:							
6	8:40	18.2	17.5	19.8	4.8	4.5	4.9	J.W
7	8:32	18.7	18.2	19.8	4.5	4.4	4.8	J.W
8	8:27	18.6	18.3	20.1	4.5	4.3	4.6	J.W
9	8:30	18.6	18.5	20.0	4.5	4.4	4.6	J.W
10	9:06	18.8	18.4	19.8	4.4	4.3	4.6	J.W
11	:							
12	:							
13	:							
14	12:16	19.5	17.9	19.7	4.6	4.4	4.8	S.A
15	10:16	19.4	18.7	19.8	4.8	4.6	4.9	S.A
16	8:07	18.8	18.6	19.9	4.7	4.6	4.9	S.A
17	8:41	18.8	18.6	19.8	4.6	4.4	4.7	T.I
18	:							
19	:							
20	8:38	18.6	18.2	19.5	4.6	4.5	4.8	T.I
21	8:38	18.7	18.5	19.9	4.7	4.5	4.8	T.I
22	8:43	18.6	18.3	19.8	4.6	4.5	4.8	T.I
23	8:28	18.9	18.6	19.7	4.6	4.5	4.8	T.I
24	8:43	19.0	18.7	19.9	4.7	4.6	4.9	T.I
25	:							
26	:							
27	8:41	18.8	18.4	19.8	4.7	4.5	4.8	Y.S
28	8:46	18.7	18.5	19.4	4.7	4.5	4.8	Y.S
29	8:39	17.9	17.8	19.4	4.6	4.5	4.8	Y.S
30	8:50	18.7	17.9	19.5	4.6	4.5	4.7	Y.S
31	8:39	18.6	18.3	19.4	4.7	4.5	4.8	Y.S
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボルトタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」 ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2024年4月30日 」

シリアル番号 「 10054825 」

②保冷库

校正実施日 「 2024年4月30日 」

シリアル番号 「 10054822 」

確認日: 2025年 2月 1日

署名: 金子信治