

治験薬の温度管理記録

2025年2月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	°C						確認者
		①調剤室(1~30°C)			②保冷库(2~8°C)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	:							
2	:							
3	8:53	18.6	18.3	19.4	4.6	4.4	4.7	A.S
4	10:09	18.9	18.5	19.6	4.6	4.3	4.7	A.S
5	8:27	18.8	18.6	19.7	4.4	4.3	4.6	A.S
6	8:55	19.1	18.7	20.1	4.4	4.3	4.6	A.S
7	9:46	19.0	18.6	19.7	4.4	4.3	4.6	A.S
8	:							
9	:							
10	7:55	18.5	18.4	19.6	4.4	4.3	4.6	Y.M
11	:							
12	8:24	18.1	17.8	19.7	4.4	4.4	4.6	Y.M
13	8:34	19.5	18.0	19.8	4.5	4.4	4.6	Y.M
14	8:27	19.5	19.3	19.8	4.4	4.4	4.6	Y.M
15	:							
16	:							
17	8:28	18.6	18.5	23.2	4.6	4.4	4.7	Y.A
18	9:10	16.8	16.6	19.6	4.5	4.3	4.7	Y.A
19	8:29	16.7	16.6	18.0	4.4	4.3	4.5	Y.A
20	8:38	18.1	16.7	18.3	4.5	4.3	4.6	Y.A
21	9:00	18.7	17.8	20.0	4.5	4.3	4.6	Y.A
22	:							
23	:							
24	:							
25	8:30	18.0	17.1	20.0	4.4	4.3	4.6	J.W
26	8:47	18.2	17.6	19.5	4.7	4.4	4.7	J.W
27	19:30	18.7	17.7	19.2	4.5	4.5	4.8	J.W
28	8:30	18.1	17.9	19.0	4.4	4.4	4.6	J.W
29	:							
30	:							
31	:							
備考								

<温度計>

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」 ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2024年4月30日 」

シリアル番号 「 10054825 」

②保冷库

校正実施日 「 2024年4月30日 」

シリアル番号 「 10054822 」

確認日: 2025年2月28日

署名: 金子信治