

治験薬の温度管理記録

2025 年 5 月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	℃						確認者
		①調剤室(1~30℃)			②保冷库(2~8℃)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8 : 40	18.6	18.1	20.4	4.7	4.3	4.7	T.I
2	8 : 39	18.5	18.3	18.7	4.5	4.3	5.0	T.I
3	:							
4	:							
5	:							
6	:							
7	8 : 35	18.5	17.8	20.3	4.5	4.3	4.8	A.S
8	8 : 41	18.1	18.0	20.0	4.5	4.3	4.6	A.S
9	8 : 34	18.9	18.0	20.0	4.4	4.3	4.6	A.S
10	:							
11	:							
12	8 : 30	17.9	17.6	19.5	4.4	4.3	4.6	Y.M
13	8 : 28	18.9	17.8	19.4	4.4	4.2	4.5	Y.M
14	8 : 31	18.9	18.7	19.7	4.3	4.2	4.6	Y.M
15	8 : 30	18.8	18.5	20.2	4.3	4.2	4.5	Y.M
16	8 : 26	19.0	18.6	19.1	4.3	4.1	4.5	Y.M
17	:							
18	:							
19	8 : 28	19.2	18.3	19.7	4.5	4.2	4.6	Y.A
20	9:28*:20	19.0	18.5	19.8	4.4	4.2	4.7	Y.A
21	11 : 55	20.6	18.6	20.6	4.3	4.2	4.5	Y.A
22	8 : 25	19.3	18.7	20.7	4.2	4.1	4.4	Y.A
23	8 : 28	18.7	18.3	19.9	4.3	4.1	4.5	Y.A
24	:							
25	:							
26	9 : 31	18.6	18.2	19.9	4.3	4.1	4.6	J.W
27	8 : 40	18.5	18.3	18.9	4.3	4.2	4.5	J.W
28	8 : 29	18.4	18.1	18.6	4.4	4.2	4.6	J.W
29	8 : 33	18.6	18.0	18.6	4.3	4.2	4.5	J.W
30	8 : 32	18.6	18.1	19.0	4.5	4.2	4.8	J.W
31	:							
備考		※ error Y.A 20/May/2025						

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」

ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2025年4月4日 」

シリアル番号 「 10066313 」

②保冷库

校正実施日 「 2025年4月17日 」

シリアル番号 「 10066310 」

確認日: 2025 年 6 月 2 日

署 名: 金子 信治