

治験薬の温度管理記録

2025 年 4 月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	℃						確認者
		①調剤室(1~30℃)			②保冷库(2~8℃)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	7:58	18.5	18.1	19.2	4.2	4.1	4.7	Y.M
2	8:34	18.4	18.2	19.1	4.4	4.2	4.4	Y.M
3	8:29	18.5	18.3	19.1	4.3	4.2	4.5	Y.M
4	8:23	17.7	17.4	19.2	4.4	4.1	4.5	Y.M
5	:							
6	:							
7	8:25	18.4	17.7	18.8	4.2	4.1	4.5	Y.A
8	8:23	18.1	17.8	18.9	4.3	4.1	4.4	Y.A
9	8:31	17.9	17.6	18.5	4.6	4.1	4.6	Y.A
10	9:40	18.5	17.9	19.1	4.5	4.3	4.6	Y.A
11	9:00	18.4	18.3	20.0	4.5	4.4	4.7	Y.A
12	:							
13	:							
14	9:37	18.7	18.1	19.7	4.3	4.1	4.6	J.W
15	9:13	18.4	18.2	20.3	4.6	4.3	4.8	J.W
16	8:26	18.2	18.1	19.8	4.6	4.5	4.7	J.W
17	8:25	18.1	17.8	19.8	4.6	4.4	4.7	T.I
18	9:11	18.5	18.0	19.4	4.6	4.4	4.8	J.W
19	:							
20	:							
21	9:02	18.3	17.9	19.2	4.6	4.4	4.7	S.A
22	8:07	18.5	18.0	19.2	4.5	4.4	4.9	S.A
23	8:30	18.5	18.2	18.7	4.5	4.4	4.7	J.W
24	8:43	18.5	18.2	19.3	4.7	4.5	4.8	J.W
25	8:34	18.5	18.3	19.9	4.7	4.5	4.9	S.A
26	:							
27	:							
28	8:31	18.8	17.7	19.4	4.3	4.2	5.8	T.I
29	:							
30	8:28	18.2	17.8	19.3	4.4	4.2	4.6	T.I
31	:							
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」

ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2024年4月30日 」

シリアル番号 「 10054825 」

②保冷库

校正実施日 「 2024年4月30日 」

シリアル番号 「 10054822 」

確認日: 2025 年 5 月 / 日

署名: 金子 信治