

治験薬の温度管理記録

2025 年 7 月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

日	時刻 (24時間)	℃						確認者
		①調剤室(1~30℃)			②保冷库(2~8℃)			
		確認時	最低	最高	確認時	最低	最高	
1	8 : 32	21.0	19.2	23.4	4.4	4.2	4.6	Y.M
2	8 : 10	19.9	19.6	23.5	4.3	4.3	4.8	Y.M
3	8 : 35	21.3	19.8	23.1	4.3	4.1	4.6	Y.M
4	8 : 34	19.4	19.4	23.8	4.4	4.2	4.6	Y.M
5	:							
6	:							
7	8 : 52	19.5	19.4	19.6	4.4	4.2	4.7	M.N
8	8 : 36	19.4	19.4	19.6	4.7	4.5	4.8	A.S
9	8 : 34	19.4	19.4	19.6	4.7	4.2	4.9	M.N
10	8 : 29	19.4	19.4	20.2	4.2	4.0	4.7	M.N
11	8 : 28	19.4	19.3	19.6	4.7	4.2	5.3	M.N
12	:							
13	:							
14	8 : 32	19.3	19.0	19.6	4.5	4.4	5.1	S.U
15	10 : 33	19.5	19.2	19.6	4.5	4.3	4.9	S.U
16	11 : 37	19.5	19.3	19.6	4.6	4.4	4.8	S.U
17	8 : 15	19.4	19.3	19.6	4.4	4.2	4.6	S.U
18	7 : 28	19.3	19.3	19.5	4.3	4.2	4.6	S.U
19	:							
20	:							
21	:							
22	8 : 33	19.5	19.2	19.5	4.4	4.1	4.6	J.W
23	8 : 26	19.4	19.4	19.5	4.3	4.2	5.5	T.I
24	8 : 30	19.3	19.3	19.6	4.4	4.2	4.6	J.W
25	8 : 24	19.4	19.3	19.6	4.3	4.2	4.6	J.W
26	:							
27	:							
28	8 : 30	17.4	16.8	20.5	4.5	4.3	4.6	T.I
29	8 : 33	18.1	17.5	20.4	4.5	4.3	4.6	T.I
30	8 : 33	17.9	17.6	19.8	4.4	4.2	4.5	T.I
31	8 : 41	17.8	17.5	19.7	4.4	4.2	4.6	T.I
備考								

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボトルタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」 ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2025年4月4日 」

シリアル番号 「 10066313 」

②保冷库

校正実施日 「 2025年4月17日 」

シリアル番号 「 10066310 」

確認日: 2025 年 8 月 / 日

署名: 金子信治