

治験薬の温度管理記録

2025年6月

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院

| 日  | 時刻<br>(24時間) | ℃           |      |      |            |     |     | 確認者 |
|----|--------------|-------------|------|------|------------|-----|-----|-----|
|    |              | ①調剤室(1~30℃) |      |      | ②保冷库(2~8℃) |     |     |     |
|    |              | 確認時         | 最低   | 最高   | 確認時        | 最低  | 最高  |     |
| 1  | :            |             |      |      |            |     |     |     |
| 2  | 8:02         | 18.4        | 17.8 | 18.8 | 4.6        | 4.3 | 4.6 | S.A |
| 3  | 8:11         | 18.6        | 18.2 | 19.3 | 4.2        | 4.2 | 4.6 | S.A |
| 4  | 9:46         | 18.7        | 18.3 | 18.9 | 4.3        | 4.2 | 4.5 | S.A |
| 5  | 8:45         | 18.5        | 18.1 | 19.7 | 4.4        | 4.3 | 4.6 | J.W |
| 6  | 8:12         | 18.5        | 18.1 | 19.7 | 4.4        | 4.3 | 4.6 | S.A |
| 7  | :            |             |      |      |            |     |     |     |
| 8  | :            |             |      |      |            |     |     |     |
| 9  | 8:32         | 18.5        | 17.7 | 19.7 | 4.5        | 4.3 | 4.6 | T.I |
| 10 | 8:29         | 19.7        | 18.1 | 19.7 | 4.5        | 4.3 | 4.6 | T.I |
| 11 | 8:26         | 19.1        | 18.1 | 21.0 | 4.5        | 4.3 | 4.7 | T.I |
| 12 | 8:31         | 18.6        | 18.3 | 19.9 | 4.4        | 4.2 | 4.5 | T.I |
| 13 | 8:29         | 19.1        | 18.0 | 19.4 | 4.4        | 4.2 | 4.6 | T.I |
| 14 | :            |             |      |      |            |     |     |     |
| 15 | :            |             |      |      |            |     |     |     |
| 16 | 8:35         | 18.9        | 17.9 | 19.6 | 4.3        | 4.1 | 4.6 | Y.A |
| 17 | 8:40         | 19.4        | 18.8 | 21.8 | 4.5        | 4.3 | 4.6 | Y.A |
| 18 | 8:32         | 19.4        | 18.9 | 22.0 | 4.4        | 4.2 | 4.6 | Y.M |
| 19 | 8:50         | 20.2        | 18.9 | 21.9 | 4.4        | 4.2 | 4.5 | Y.A |
| 20 | 8:30         | 19.7        | 19.2 | 21.7 | 4.4        | 4.1 | 4.5 | Y.A |
| 21 | :            |             |      |      |            |     |     |     |
| 22 | :            |             |      |      |            |     |     |     |
| 23 | 8:30         | 19.9        | 18.8 | 21.7 | 4.4        | 4.2 | 4.6 | A.S |
| 24 | 8:34         | 19.8        | 19.3 | 21.7 | 4.4        | 4.2 | 4.5 | A.S |
| 25 | 8:35         | 19.3        | 18.6 | 21.3 | 4.4        | 4.2 | 4.7 | A.S |
| 26 | 9:32         | 20.6        | 19.0 | 21.7 | 4.4        | 4.2 | 4.6 | A.S |
| 27 | 8:29         | 19.3        | 18.9 | 22.6 | 4.4        | 3.2 | 4.5 | A.S |
| 28 | :            |             |      |      |            |     |     |     |
| 29 | :            |             |      |      |            |     |     |     |
| 30 | 8:29         | 19.2        | 18.4 | 21.1 | 4.5        | 4.2 | 4.5 | Y.M |
| 31 | :            |             |      |      |            |     |     |     |
| 備考 |              |             |      |      |            |     |     |     |

〈温度計〉

製造会社名 「 Delta TRAK Inc. 」

品 名 「 最高/最低アラーム付デジタル温度計グリコールボルトタイプ 」

機種番号 「 12238-01 」

ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

①調剤室

校正実施日 「 2025年4月4日 」

シリアル番号 「 10066313 」

②保冷库

校正実施日 「 2025年4月17日 」

シリアル番号 「 10066310 」

確認日: 2025年 7月 / 日

署名: 金子信治